

2019 年度全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量分析报告

中国疾病预防控制中心地方病控制中心

为了适应现阶段我国地方病防治专项“三年攻坚行动”的需要，保证地方性氟中毒和地方性砷中毒监测、评价等各项工作质量，本年度继续进行全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量考核工作。考核范围包括承担地方性氟中毒和地方性砷中毒防治任务的省级、地市级和县级氟、砷检测实验室。现将各实验室的考核结果分析如下。

一、考核样品

含氟考核样品：含氟水样，编号分别为 FS20190401 和 FS20190402；含氟冻干尿样，编号分别为 FN20190401 和 FN20190402；含氟砖茶样品，编号分别为 FC20190401 和 FC20190402。

含砷考核样品：含砷水样，编号分别为 AS20190401 和 AS20190402；含砷冻干尿样，编号分别为 AN20190401 和 AN20190402。

二、考核范围

28 个地方性氟中毒省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团参加了水中氟化物含量检测考核；13 个省（自治区、直辖市）参加了尿中氟化物含量检测考核；7 个饮茶型地氟病省（自治区）参加了砖茶中氟化物含量检测考核。

15 个地方性砷中毒/高砷区省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团参加了水中砷化物含量检测考核；14 个地方性砷中毒/高砷区省（自治区、直辖市）参加了尿中砷化物含量检测考核。

三、考核反馈情况

全国地方病防治机构氟、砷检测结果反馈的总体情况详见表 1。

表 1 全国地方病防治机构氟、砷检测结果反馈情况

考核项目	省级反馈实验室数	地市、县级反馈实验室数
水中氟化物含量检测	29	965
尿中氟化物含量检测	13	291
砖茶中氟化物含量检测	7	119

水中砷化物含量检测	15	157
尿中砷化物含量检测	14	86

四、评价方法

采用 Z 比分值法对检测结果进行统计分析，Z 分值的公议值来自于所有参加考核的实验室。Z 分值的结果分为三种情况：（1） $|Z| \leq 2$ ，检测结果满意；（2） $2 < |Z| < 3$ ，检测结果可疑；（3） $|Z| \geq 3$ ，检测结果不满意。

本次考核结果的判断标准：1）考核项目中两个考核样品的检测结果均为 $|Z| \leq 2$ ，则该考核项目合格；2）考核项目中两个考核样品有任何一个检测结果出现 $|Z| \geq 3$ 的情况，则该考核项目不合格。3）其余情况下为基本合格；

五、考核结果

（一）含氟样品检测考核结果

1. 省级实验室考核结果

反馈了水中氟化物含量检测结果的 29 个省级实验室中，除新疆生产建设兵团疾病预防控制中心考核结果为基本合格外，其余全部合格，结果详见表 2。

反馈了尿中氟化物含量检测结果的 13 个省级实验室中，除湖北省疾病预防控制中心考核结果为基本合格外，其余全部合格，结果详见表 3。

反馈了砖茶中氟化物含量检测结果的 7 个省级实验室，考核结果全部合格。结果详见表 4。

2. 地市、县级实验室考核结果

反馈了水中氟化物含量检测结果的 965 个地市、县级实验室中，897 个实验室合格，40 个实验室基本合格，28 个实验室不合格，反馈合格率为 97.1%。结果详见表 5 和表 8。

反馈了尿中氟化物含量检测结果的 291 个地市、县级实验室中，264 个实验室合格，12 个实验室基本合格，15 个实验室不合格，反馈合格率为 94.8%。结果详见表 6 和表 9。

反馈了砖茶中氟化物含量检测结果的 119 个地市、县级实验室中，106 个实验室合格，10 个实验室基本合格，3 个实验室不合格，反馈合格率为 97.5%。结果详见表 7 和表 10。

（二）含砷样品检测考核结果

1. 省级实验室考核结果

反馈了水中砷化物含量检测结果的 15 个省级实验室中，考核结果全部合格。结果详见表 11。

反馈了尿中砷化物含量检测结果的 14 个省级实验室中，除湖北省疾病预防控制中心考核结果为不合格，贵州省疾病预防控制中心考核结果为基本合格外，其余全部合格。结果详见表 12。

2. 地市、县级实验室考核结果

反馈了水中砷化物含量检测结果的 157 个地市、县级实验室中，148 个实验室合格，6 个实验室基本合格，3 个实验室不合格，反馈合格率为 98.1%。结果详见表 13 和表 15。

反馈了尿中砷化物含量检测结果的 86 个地市、县级实验室中，80 个实验室合格，5 个实验室基本合格，1 个实验室不合格，反馈合格率为 98.8%。结果详见表 14 和表 16。

六、考核样品浓度的公议值

以没有异常值的省级和地市、县级实验室检测结果计算各考核样品的公议值，详见表 17。含氟水样 FS20190401 和 FS20190402 的公议值分别为 $0.49 \pm 0.06 \text{mg/L}$ 和 $2.46 \pm 0.15 \text{mg/L}$ ；含氟冻干尿样 FN20190401 和 FN20190402 的公议值分别为 $0.63 \pm 0.09 \text{mg/L}$ 和 $2.13 \pm 0.27 \text{mg/L}$ ；含氟砖茶样品 FC20190401 和 FC20190402 的公议值分别为 $156 \pm 36 \text{mg/kg}$ 和 $482 \pm 102 \text{mg/kg}$ ；含砷水样 AS20190401 和 AS20190402 的公议值分别为 $0.009 \pm 0.003 \text{mg/L}$ 和 $0.041 \pm 0.006 \text{mg/L}$ ；含砷冻干尿样 AN20190401 和 AN20190402 的公议值分别为 $0.028 \pm 0.009 \text{mg/L}$ 和 $0.113 \pm 0.024 \text{mg/L}$ 。

七、存在的问题与建议

（一）考核实验室的上报

本年度按照监测全覆盖要求，水氟实验室由原来的 581 个增加到 994 个，尿氟由原来的 152 个增加到 304 个，茶氟由原来的 76 个增加到 126 个，水砷由原来的 125 个增加到 172 个，尿砷由原来的 79 个增加到 100 个。虽然新增加实验室较多，但各省级实验室基本按要求统计并上报了参加考核单位信息，部分未按要求上报考核单位的省份希望下一年能够按规定时间做好统计并及时上报，地病中心将按照各省上报结果制备并发放质控样品；上报内容要求填写参加各项考核

的单位名称和数量以及检测方法，部分实验室信息填写还不完全，希望下一步的上报信息填写能够更全面。

（二）考核结果的反馈

2019 年是采用信息系统上报实验室质控考核结果的第一年，填报过程中信息系统发现的一些问题也在一步步完善，今年的数据统计依然是线下统计，统计方法仍为 Z 比评分法。在下一年质控考核结果的填报中要注意以下几方面问题：
a. 考核结果要逐级填写并上报，上级单位要逐级做好审核，避免跨级填报；
b. 信息要填写完整，年份、检测方法和单位名称等要认真填写，单位名称即为合格证上要体现的名称；
c. 不参加考核的项目不要填写任何其他信息结果，数据一定要按质控考核通知文件中的要求上报。

（三）检测质量的提高

总体看来，本次考核的结果比较理想，大多数省级和地市、县级实验室均具有较好的氟、砷检测能力。本次考核增加了很多新的实验室，导致部分省份的检测合格率较差，比如西藏，今年新加入的 5 个实验室均不合格，经了解新加入实验室的检测人员全部未参加过培训，开展检测工作还存在一定的困难，部分实验室设施配备还不齐全，建议各省级实验室能切实加强各级氟、砷检测实验室的管理和实验室技术人员的相关培训，帮助新加入的实验室做好质量控制工作，协助不合格实验室及时分析原因，及时整改，进一步提高检测质量。贵州省省级实验室连续两年的考核结果不是很理想，希望部门领导能重视实验室的检测工作，把实验室的检测水平提上去，为各项防治工作提供更精准的数据。

表 2 省级实验室水中氟化物含量检测考核结果

序号	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
1	北京市疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
2	天津市疾病预防控制中心	0.00	1.64	合格
3	河北省疾病预防控制中心	0.00	0.36	合格
4	山西省地方病防治研究所	0.48	0.00	合格
5	内蒙古自治区综合疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
6	辽宁省疾病预防控制中心	0.00	0.36	合格
7	吉林省地方病第一防治研究所	0.00	0.18	合格
8	黑龙江省疾病预防控制中心	0.00	0.18	合格
9	江苏省疾病预防控制中心	0.00	-0.36	合格
10	浙江省疾病预防控制中心	0.00	-0.18	合格
11	安徽省疾病预防控制中心	0.00	0.18	合格
12	福建省疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
13	江西省疾病预防控制中心	-1.43	0.36	合格
14	山东省地方病防治研究所	-0.48	0.18	合格
15	河南省疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
16	湖北省疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
17	湖南省疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
18	广东省疾病预防控制中心	0.00	-0.18	合格
19	广西壮族自治区疾病预防控制中心	0.00	0.00	合格
20	重庆市疾病预防控制中心	-0.48	1.27	合格
21	四川省疾病预防控制中心	0.48	1.64	合格
22	云南省地方病防治所	-1.90	-0.55	合格
23	西藏自治区疾病预防控制中心	1.43	1.64	合格
24	陕西省地方病防治研究所	0.48	0.73	合格
25	甘肃省疾病预防控制中心	-0.95	-0.18	合格
26	青海省地方病预防控制所	0.00	0.55	合格
27	宁夏回族自治区疾病预防控制中心	0.00	-0.73	合格
28	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
29	新疆生产建设兵团疾病预防控制中心	-0.95	-2.18	基本合格

表 3 省级实验室尿中氟化物含量检测考核结果

序号	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
1	天津市疾病预防控制中心	-0.6	0.57	合格
2	河北省疾病预防控制中心	0.00	0.36	合格
3	辽宁省疾病预防控制中心	-0.20	-0.70	合格
4	江西省疾病预防控制中心	-1.00	0.47	合格
5	湖北省疾病预防控制中心	2.60	1.85	基本合格
6	湖南省疾病预防控制中心	-0.60	-0.60	合格
7	广西壮族自治区疾病预防控制中心	-0.60	-0.38	合格
8	重庆市疾病预防控制中心	-0.20	0.68	合格
9	四川省疾病预防控制中心	1.80	1.21	合格
10	贵州省疾病预防控制中心	-1.00	-0.38	合格
11	云南省地方病防治所	-0.20	-0.60	合格
12	陕西省地方病防治研究所	0.20	0.04	合格
13	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	1.40	1.53	合格

表 4 省级实验室砖茶中氟化物含量检测考核结果

序号	实验室名称	FC20190401 的 Z 值	FC20190402 的 Z 值	考核结果
1	内蒙古自治区综合疾病预防控制中心	0.94	0.62	合格
2	四川省疾病预防控制中心	0.50	1.11	合格
3	西藏自治区疾病预防控制中心	0.03	1.88	合格
4	甘肃省疾病预防控制中心	-0.85	1.40	合格
5	青海省地方病预防控制所	0.12	-0.07	合格
6	宁夏回族自治区疾病预防控制中心	0.13	0.39	合格
7	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	-0.52	1.31	合格

表5 各省地市、县级实验室水中氟化物含量检测考核结果汇总

序号	省份	反馈实验室数	合格实验室数	反馈合格率
1	北京市	10	10	100.0%
2	天津市	10	10	100.0%
3	河北省	109	109	100.0%
4	山西省	71	71	100.0%
5	内蒙古自治区	96	86	89.6%
6	辽宁省	63	63	100.0%
7	吉林省	9	9	100.0%
8	黑龙江省	30	30	100.0%
9	江苏省	6	6	100.0%
10	浙江省	10	10	100.0%
11	安徽省	28	28	100.0%
12	福建省	45	45	100.0%
13	江西省	7	7	100.0%
14	山东省	37	37	100.0%
15	河南省	121	120	99.2%
16	湖北省	38	38	100.0%
17	湖南省	5	4	80.0%
18	广东省	9	8	88.9%
19	广西自治区	21	21	100.0%
20	重庆市	6	6	100.0%
21	四川省	25	22	88.0%
22	云南省	13	12	92.3%
23	西藏自治区	7	2	28.6%
24	陕西省	49	48	98.0%
25	甘肃省	40	39	97.5%
26	青海省	45	43	95.6%
27	宁夏自治区	24	24	100.0%
28	新疆自治区	20	20	100.0%
29	新疆生产建设兵团	11	9	81.8%
合计		965	937	97.1%

表 6 各省地市、县级实验室尿中氟化物含量检测考核结果汇总

序号	省份	反馈实验室数	合格实验室数	反馈合格率
1	天津市	10	10	100.0%
2	河北省	109	109	100.0%
3	辽宁省	13	13	100.0%
4	江西省	7	7	100.0%
5	湖北省	20	20	100.0%
6	湖南省	10	9	90.0%
7	广西壮族自治区	4	4	100.0%
8	重庆市	13	9	69.2%
9	四川省	47	38	80.9%
10	贵州省	9	9	100.0%
11	云南省	15	14	93.3%
12	陕西省	34	34	100.0%
13	新疆自治区	0	0	0
合计		291	276	94.8%

表 7 各省地市、县砖茶中氟化物含量检测考核结果汇总

序号	省份	反馈实验室数	合格实验室数	反馈合格率
1	内蒙古自治区	13	11	84.6%
2	四川省	33	32	97.0%
3	西藏自治区	7	7	100.0%
4	甘肃省	7	7	100.0%
5	青海省	45	45	100.0%
6	宁夏自治区	8	8	100.0%
7	新疆自治区	6	6	100.0%
合计		119	116	97.5%

表 8 地市、县级实验室水中氟化物含量检测考核结果

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
北京市	大兴区疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	昌平区疾病预防控制中心	-0.95	-0.55	合格
	朝阳区疾病预防控制中心	-1.43	0	合格
	海淀区疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	怀柔区疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	密云区疾病预防控制中心	-1.43	1.64	合格
	平谷区疾病预防控制中心	-0.95	-0.18	合格
	顺义区疾病预防控制中心	-0.95	0.36	合格
	通州区疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	延庆区疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
天津市	宝坻区疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	北辰区疾病预防控制中心	0.48	1.09	合格
	滨海新区疾病预防控制中心	-0.95	-1.45	合格
	东丽区疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	蓟州区疾病预防控制中心	-0.48	-0.73	合格
	津南区疾病预防控制中心	1.43	0.36	合格
	静海区疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
	宁河区疾病预防控制中心	0.95	0.91	合格
河北省	武清区疾病预防控制中心	-0.95	0.55	合格
	西青区疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	安次区疾病预防控制中心	0.48	-0.25	合格
	安平县疾病预防控制中心	1.43	-1.45	合格
	安新县疾病预防控制中心	0.95	0.18	合格
	霸州市疾病预防控制中心	1.9	-0.44	合格
	柏乡县疾病预防控制中心	-0.48	-0.55	合格
	保定市疾病预防控制中心	0.48	0	合格
泊头市疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格	
博野县疾病预防控制中心	1.9	-0.36	合格	
沧县疾病预防控制中心	0.95	-1.27	合格	

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	沧州市疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	成安县疾病预防控制中心	0.95	0	合格
	承德市疾病预防控制中心	1.43	0	合格
	赤城县疾病预防控制中心	0.95	0.18	合格
	磁县疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	丛台区疾病预防控制中心	0.95	0	合格
	大城县疾病预防控制中心	0.48	-0.25	合格
	大名县疾病预防控制中心	0.95	-0.55	合格
	定兴县疾病预防控制中心	1.43	-0.55	合格
	定州市疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	东光县疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	肥乡区疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
	丰宁满族自治县疾病预防控制中心	2.86	0.36	基本合格
	丰润区疾病预防控制中心	-0.48	0.13	合格
	阜城县疾病预防控制中心	0.95	-0.91	合格
	阜平县疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	复兴区疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	高碑店市疾病预防控制中心	0	0	合格
	高阳县疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	高邑县疾病预防控制中心	0.95	0.18	合格
	沽源县疾病预防控制中心	1.9	-0.73	合格
	故城县疾病预防控制中心	0.95	-1.09	合格
	馆陶县疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	广平县疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
	广宗县疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	海兴县疾病预防控制中心	0	-1.27	合格
	邯郸市疾病预防控制中心	2.38	1.27	基本合格
	邯山区疾病预防控制中心	1.43	-0.18	合格
	河间市疾病预防控制中心	0	0	合格
	衡水市疾病预防控制中心	0.95	-1.45	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	黄骅市疾病预防控制中心	0	-1.64	合格
	鸡泽县疾病预防控制中心	0.95	-0.18	合格
	冀州区疾病预防控制中心	1.9	-0.91	合格
	晋州市疾病预防控制中心	0.48	0.18	合格
	景县疾病预防控制中心	1.9	-1.45	合格
	巨鹿县疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	康保县疾病预防控制中心	2.38	-0.55	基本合格
	涞源县疾病预防控制中心	0	-0.36	合格
	廊坊市疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	乐亭县疾病预防控制中心	-0.95	0.04	合格
	蠡县疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	临西县疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	临漳县疾病预防控制中心	0.95	-0.55	合格
	灵寿县疾病预防控制中心	0.95	0.36	合格
	隆化县疾病预防控制中心	1.9	0.36	合格
	隆尧县疾病预防控制中心	-0.48	-0.55	合格
	滦平县疾病预防控制中心	1.43	0.55	合格
	滦州市疾病预防控制中心	-1.9	-0.44	合格
	南宫市疾病预防控制中心	-0.48	-0.55	合格
	南皮县疾病预防控制中心	0	0	合格
	平山县疾病预防控制中心	0.95	0	合格
	平乡县疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	秦皇岛市疾病预防控制中心	0	-1.64	合格
	青龙满族自治县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	青县疾病预防控制中心	-0.48	-1.09	合格
	清河县疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	清苑区疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
	邱县疾病预防控制中心	0.95	0	合格
	曲阳县疾病预防控制中心	0.48	0	合格
	饶阳县疾病预防控制中心	1.43	-1.64	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	任丘市疾病预防控制中心	0.95	-0.18	合格
	任县疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	容城县疾病预防控制中心	0.95	0	合格
	三河市疾病预防控制中心	0	-0.15	合格
	尚义县疾病预防控制中心	0.95	1.45	合格
	深泽县疾病预防控制中心	0.48	0.18	合格
	深州市疾病预防控制中心	1.9	-1.45	合格
	石家庄市疾病预防控制中心	0.48	0.18	合格
	双桥区疾病预防控制中心	2.38	0.36	基本合格
	唐山市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	唐县疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	桃城区疾病预防控制中心	1.43	-1.09	合格
	威县疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	围场满族蒙古族自治县疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	蔚县疾病预防控制中心	1.9	-0.18	合格
	魏县疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	文安县疾病预防控制中心	0.95	-0.15	合格
	无极县疾病预防控制中心	0.48	0	合格
	吴桥县疾病预防控制中心	0	0	合格
	武强县疾病预防控制中心	1.9	-1.09	合格
	武邑县疾病预防控制中心	1.43	-0.36	合格
	献县疾病预防控制中心	0.95	0.73	合格
	香河县疾病预防控制中心	0.48	-0.15	合格
	辛集市疾病预防控制中心	0	-0.91	合格
	邢台市疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	雄县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	徐水区疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	宣化区疾病预防控制中心	1.43	0	合格
	盐山县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	阳原县疾病预防控制中心	2.38	0.18	基本合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	永年区疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	永清县疾病预防控制中心	0.48	0.33	合格
	玉田县疾病预防控制中心	-0.48	0.73	合格
	运河区疾病预防控制中心	0	-0.18	合格
	赞皇县疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
	枣强县疾病预防控制中心	1.9	-0.55	合格
	张北县疾病预防控制中心	1.9	-0.73	合格
	张家口市地方病防治所	0.95	1.27	合格
	赵县疾病预防控制中心	0.48	0.18	合格
	涿州市疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
山	大宁县疾病预防控制中心	-1.43	-0.55	合格
西	大同市疾病预防控制中心	-0.95	-0.55	合格
省	代县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	定襄县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	繁峙县疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	汾西县疾病预防控制中心	-1.43	-2.18	基本合格
	汾阳市疾病预防控制中心	0	0	合格
	浮山县疾病预防控制中心	-1.43	-0.55	合格
	古交市疾病预防控制中心	0.48	-0.91	合格
	广灵县疾病预防控制中心	-0.95	-0.91	合格
	河津市疾病预防控制中心	0	-0.91	合格
	河曲县疾病预防控制中心	-0.95	-0.36	合格
	洪洞县地方病防治中心	0.95	-0.36	合格
	侯马市疾病预防控制中心	-1.43	-0.55	合格
	怀仁市疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
	浑源县疾病预防控制中心	-0.48	-1.82	合格
	霍州市疾病预防控制中心	-1.43	0.55	合格
	吉县地方病防治研究所	0.95	0.91	合格
	稷山县疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	交城县疾病预防控制中心	2.38	0.91	基本合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	介休市疾病预防控制中心	0.95	0.55	合格
	晋源区疾病预防控制中心	0.48	-0.73	合格
	晋中市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	临汾市疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	临县疾病预防控制中心	0.48	0.18	合格
	临猗县疾病预防控制中心	0	-0.36	合格
	灵石县疾病预防控制中心	0.48	0.91	合格
	柳林县疾病预防控制中心	0	0	合格
	吕梁市疾病预防控制中心	-0.48	-0.55	合格
	平遥县疾病预防控制中心	0.95	1.45	合格
	祁县疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
	清徐县疾病预防控制中心	0.48	-1.27	合格
	曲沃县疾病预防控制中心	-1.43	0.91	合格
	芮城县疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
	山阴县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	石楼县疾病预防控制中心	-0.48	-0.73	合格
	朔州市疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	朔州市朔城区疾病预防控制中心	0.48	0.91	合格
	太谷县疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	太原市疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	太原市小店区疾病预防控制中心	0.48	-0.55	合格
	太原市迎泽区疾病预防控制中心	0	-0.36	合格
	天镇县疾病预防控制中心	-0.95	-1.09	合格
	万柏林区疾病预防控制中心	-0.95	-0.55	合格
	万荣县疾病预防控制中心	-0.48	0.73	合格
	文水县疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	闻喜县疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
	五台县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	夏县疾病预防控制中心	0.48	-1.82	合格
	乡宁县疾病预防控制中心	-0.95	0.73	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	襄汾县疾病预防控制中心	0.95	-0.55	合格
	孝义市疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	忻府区疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	忻州市疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	新绛县疾病预防控制中心	0.48	-1.82	合格
	新荣区疾病预防控制中心	0.48	-1.09	合格
	兴县疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	盐湖区疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	阳高县疾病预防控制中心	-0.48	-0.55	合格
	阳泉市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	尧都区疾病预防控制中心	-0.95	-1.27	合格
	翼城县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	应县疾病预防控制中心	0.48	-0.55	合格
	永和县疾病预防控制中心	-1.43	-0.36	合格
	永济市疾病预防控制中心	-0.48	-1.09	合格
	孟县疾病预防控制中心	0	0.91	合格
	榆次区疾病预防控制中心	0	0	合格
	原平市疾病预防控制中心	0	0.73	合格
	云州区疾病预防控制中心	-0.95	-1.09	合格
	运城市疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	左云县疾病预防控制中心	0	-0.36	合格
内	阿巴嘎旗疾病预防控制中心	-2.86	-1.09	基本合格
蒙	阿尔山市疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
古	阿拉善盟疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
自	阿拉善右旗疾病预防控制中心	-0.95	-0.36	合格
治	阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心	1.9	-0.18	合格
区	阿左旗疾病预防控制中心	-0.48	-3.27	不合格
	敖汉旗疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
	巴林右旗疾病预防控制中心	0	-2.55	基本合格
	巴林左旗疾病预防控制中心	3.33	0.18	不合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	巴彦淖尔市疾病预防控制中心	0	-1.45	合格
	包头市东河区疾病预防控制中心	0.95	0.55	合格
	包头市疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	包头市九原区疾病预防控制中心	0.48	1.45	合格
	察哈尔右翼前旗疾病预防控制中心	-1.9	-0.91	合格
	察哈尔右翼中旗疾病预防控制中心	1.43	0.18	合格
	察右后旗疾病预防控制中心	-0.95	-1.82	合格
	陈巴尔虎旗疾病预防控制中心	-1.43	0.36	合格
	赤峰市疾病预防控制中心	0	1.27	合格
	赤峰市元宝山区疾病预防控制中心	1.43	0.73	合格
	达拉特旗疾病预防控制中心	-1.43	1.27	合格
	达茂旗疾病预防控制中心	0	0.73	合格
	磴口县疾病预防控制中心	-0.48	-1.45	合格
	东胜区疾病预防控制中心	0	-1.82	合格
	东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心	-2.86	-0.55	基本合格
	额尔古纳市疾病预防控制中心	-0.95	-2.36	基本合格
	额济纳旗疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	鄂尔多斯市疾病预防控制中心	0.48	0	合格
	鄂托克旗疾病预防控制中心	1.43	0.18	合格
	鄂托克前旗疾病预防控制中心	1.9	1.09	合格
	鄂温克族自治旗疾病预防控制中心	2.38	0.91	基本合格
	二连浩特市疾病预防控制中心	-2.86	-1.09	基本合格
	丰镇市疾病预防控制中心	-3.33	-2.91	不合格
	固阳县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	杭锦后旗疾病预防控制中心	-0.48	-1.82	合格
	杭锦旗疾病预防控制中心	3.33	0.73	不合格
	和林格尔县疾病预防控制中心	-0.95	-0.91	合格
	呼和浩特市地方病防治中心	0	0.73	合格
	呼和浩特市回民区疾病预防控制中心	1.9	1.82	合格
	呼和浩特市赛罕区疾病预防控制中心	-0.48	-1.09	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	呼和浩特市玉泉区疾病预防控制中心	-1.9	-0.18	合格
	呼伦贝尔市地方病防治研究所	1.43	-0.91	合格
	化德县疾病预防控制中心	-2.38	0	基本合格
	集宁区疾病预防控制中心	-1.9	0.36	合格
	喀喇沁旗疾病预防控制中心	-0.95	0	合格
	开鲁县疾病预防控制中心	-0.95	-1.82	合格
	科尔沁左翼后旗疾病预防控制中心	-1.43	0	合格
	科尔沁左翼中旗疾病预防控制中心	0.95	-0.91	合格
	科右中旗疾病预防控制中心	1.9	-2	合格
	克什克腾旗疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	库伦旗疾病预防控制中心	-0.95	-1.27	合格
	凉城县疾病预防控制中心	-2.38	-1.09	基本合格
	林西县疾病预防控制中心	-0.95	-0.91	合格
	满洲里市疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	奈曼旗疾病预防控制中心	-1.43	-2	合格
	宁城县疾病预防控制中心	0	-0.18	合格
	清水河县疾病预防控制中心	-0.48	-7.82	不合格
	商都县疾病预防控制中心	-3.81	-1.64	不合格
	四子王旗疾病预防控制中心	-1.9	-0.36	合格
	苏尼特右旗疾病预防控制中心	-0.48	-0.55	合格
	苏尼特左旗疾病预防控制中心	-2.86	1.82	基本合格
	太仆寺旗疾病预防控制中心	2.38	-5.64	不合格
	通辽市地方病防治站	0.95	-0.55	合格
	通辽市科尔沁区疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	突泉县疾病预防控制中心	-0.95	-0.36	合格
	土默特右旗疾病预防控制中心	0.95	1.64	合格
	土默特左旗疾病预防控制中心	1.9	-0.18	合格
	托克托县疾病预防控制中心	-0.95	0	合格
	翁牛特旗疾病预防控制中心	0	-2.18	基本合格
	乌拉特后旗疾病预防控制中心	-0.48	-2.91	基本合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	乌拉特前旗疾病预防控制中心	0	-1.27	合格
	乌拉特中旗疾病预防控制中心	-0.48	-2.91	基本合格
	乌兰察布市地方病防治中心	-1.43	-3.45	不合格
	乌兰浩特市疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	乌审旗疾病预防控制中心	0.95	-0.73	合格
	五原县疾病预防控制中心	-0.48	-2.55	基本合格
	武川县疾病预防控制中心	1.9	0.36	合格
	西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心	-2.86	-0.18	基本合格
	锡林郭勒盟地病站	-0.95	0.36	合格
	锡林浩特盟地方病防治中心	-0.95	0.36	合格
	锡林浩特市疾病预防控制中心	-2.86	-0.18	基本合格
	镶黄旗疾病预防控制中心	-3.33	-2	不合格
	新巴尔虎右旗疾病预防控制中心	-0.48	1.09	合格
	新巴尔虎左旗疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	兴安盟疾病预防控制中心	0.48	-3.82	不合格
	兴安盟科尔沁右翼前旗疾病预防控制中心	0.95	-1.45	合格
	兴和县疾病预防控制中心	-0.95	-2	合格
	牙克石市疾病预防控制中心	2.38	-0.36	基本合格
	伊金霍洛旗疾病预防控制中心	1.9	0.91	合格
	扎赉诺尔区疾病预防控制中心	0.48	2	合格
	扎赉特旗疾病预防控制中心	2.38	2.73	基本合格
	扎兰屯市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	扎鲁特旗疾病预防控制中心	0	-0.36	合格
	正蓝旗疾病预防控制中心	-2.86	-1.09	基本合格
	正镶白旗疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	准格尔旗疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	卓资县疾病预防控制中心	1.43	0.18	合格
辽	鞍山市千山区卫生防疫站	0	0.55	合格
宁	鞍山市铁东区卫生防疫站	-0.48	0.55	合格
省	鞍山市铁西区卫生防疫站	-0.48	0.55	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	鞍山市卫生健康事业服务中心	0.48	0.55	合格
	北镇市卫生健康服务中心	-0.95	0.36	合格
	本溪满族自治县卫生健康发展服务中心	-1.43	0.36	合格
	本溪市疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	昌图县地方病防治所	0.48	-1.82	合格
	朝阳市疾病预防控制中心	-0.95	-0.18	合格
	朝阳县疾病预防控制中心	-0.95	0	合格
	大连金普新区卫生健康事业发展中心	0.48	0.73	合格
	大连市疾病预防控制中心	-1.43	0	合格
	大连市普兰店区疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	大石桥市疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
	大洼区卫生健康事业服务中心	-1.43	0.18	合格
	丹东市卫生健康服务中心	0.48	0.73	合格
	丹东市振安区疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	东港市卫生健康服务中心	0	0.73	合格
	法库县卫生健康服务与行政执法中心	-0.95	0	合格
	凤城市疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	抚顺市疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	阜蒙县卫生健康服务中心	0.95	0.91	合格
	阜新市卫生健康服务中心	0	0.36	合格
	盖州市疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
	海城市疾病预防控制中心	-1.43	-0.36	合格
	黑山县疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
	葫芦岛市卫生健康事业服务中心	-0.95	0	合格
	建昌县疾病预防控制中心	-0.48	-0.91	合格
	建平县疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	锦州市全民健康保障中心	-0.48	0	合格
	喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心	-1.43	-0.18	合格
	开原市卫生健康事务服务中心	0.48	0.73	合格
	康平县卫生健康服务与行政执法中心	-0.48	0	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	宽甸满族自治县疾病预防控制中心	0.95	0.91	合格
	连山区疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	朝阳市北票市疾病预防控制中心	-0.48	-0.73	合格
	朝阳市龙城区疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	辽阳市卫生健康服务中心	-0.95	0.18	合格
	辽阳县疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	辽中区卫生健康服务与行政执法中心	-0.48	0.55	合格
	凌海市疾病预防控制中心	-0.95	-0.18	合格
	凌源市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	南票区疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	盘锦市疾病预防控制中心	-1.9	0.18	合格
	盘山县卫生健康事务服务中心	-0.95	0.36	合格
	沈北新区卫生健康服务与行政执法中心	-0.48	0.18	合格
	沈阳市铁西区卫生健康服务与行政执法中心	0	0.55	合格
	沈阳市卫生健康服务与行政执法中心	-0.48	0.55	合格
	双塔区疾病预防控制中心	-1.43	0	合格
	绥中县疾病预防控制中心	0.48	-1.27	合格
	台安县卫生健康事业服务中心	-0.48	0.36	合格
	铁岭市卫生健康事务服务中心	-0.48	0.36	合格
	铁岭县地方病防治所	0.48	0.73	合格
	瓦房店市疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	新民市卫生健康服务与行政执法中心	-0.95	0.18	合格
	兴城市疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
	兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心	-1.9	0.18	合格
	岫岩满族自治县疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	义县疾病预防控制中心	0	0	合格
	营口市卫生健康事务中心	-0.48	0.36	合格
	于洪区卫生健康服务与行政执法中心	-0.95	0.36	合格
	彰武县卫生健康服务中心	0	0.73	合格
	庄河市卫生健康服务中心	-0.48	0.18	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
吉	白城市疾病预防控制中心	-0.95	0	合格
林	扶余市疾病预防控制中心	-1.9	-0.73	合格
省	梨树县疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	农安县疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	乾安县疾病预防控制中心	-1.43	-0.55	合格
	四平市疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
	松原市疾病预防控制中心	-1.9	-0.18	合格
	洮南市疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	长春市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	黑	安达市疾病预防控制中心	0.95	0.52
龙	拜泉疾病预防控制中心	0.48	0.33	合格
江 省	大庆市大同区疾病预防控制中心	1.43	0.62	合格
	大庆市红岗区疾病预防控制中心	0.48	-0.44	合格
	大庆市疾病控制预防中心	1.43	0.62	合格
	大庆市龙凤区疾病预防控制中心	0.48	-0.15	合格
	大庆市让胡路区疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	杜尔伯特蒙古族自治县疾病预防控制中心	0.95	0.33	合格
	富裕县疾病预防控制中心	0.48	0.42	合格
	甘南县疾病预防控制中心	1.43	0.71	合格
	哈尔滨市疾病预防控制中心	-0.95	0.42	合格
	海林市疾病预防控制中心	0	0.42	合格
	黑河市疾病预防控制中心	0.48	0.42	合格
	兰西县疾病预防控制中心	1.43	0.04	合格
	林甸县疾病预防控制中心	1.43	0.62	合格
	龙江县疾病预防控制中心	1.43	0.71	合格
	梅里斯达斡尔族区疾病预防控制中心	0.95	0.81	合格
	明水县疾病预防控制中心	0.48	0.33	合格
	牡丹江市疾病预防控制中心	-0.48	-0.44	合格
	讷河市疾病预防控制中心	0.48	0.42	合格
	齐齐哈尔市疾病预防控制中心	0.95	0.91	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	青冈县疾病预防控制中心	1.43	0.18	合格
	尚志市疾病预防控制中心	-1.43	0.36	合格
	绥化市疾病预防控制中心	0.48	0	合格
	泰来县疾病预防控制中心	0.48	-1.09	合格
	五大连池市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	依安县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	肇东市疾病预防控制中心	0.95	1.64	合格
	肇源县疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	肇州县疾病预防控制中心	0	0.55	合格
江	东海县疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
苏	连云港市疾病预防控制中心	0.95	-0.55	合格
省	沛县疾病预防控制中心	0	-0.36	合格
	泗洪县疾病预防控制中心	0	-0.18	合格
	宿迁市疾病预防控制中心	-0.48	-0.73	合格
	徐州市疾病预防控制中心	0	-0.36	合格
浙	德清县疾病预防控制中心	-0.95	0.36	合格
江	东阳市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
省	湖州市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	金华市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	衢江区疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
	衢州市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	台州市疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	温州市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	仙居县疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	义乌市疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
安	蚌埠市疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
徽	亳州市疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
省	滁州市疾病预防控制中心	-0.95	0	合格
	砀山县疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	凤台县疾病预防控制中心	0.95	0	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	凤阳县疾病预防控制中心	-0.95	0	合格
	阜南县疾病预防控制中心	0	-0.18	合格
	阜阳市疾病预防控制中心	-0.95	-0.55	合格
	阜阳市颍泉区疾病预防控制中心	-0.48	-1.09	合格
	固镇县疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
	怀远县疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	淮北市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	淮南市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	界首市疾病预防控制中心	1.43	0.36	合格
	利辛县疾病预防控制中心	-0.95	0	合格
	临泉县疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
	灵璧县疾病预防控制中心	-0.95	0.55	合格
	蒙城县疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	泗县疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	濉溪县疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	太和县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	涡阳县疾病预防控制中心	-0.95	-0.18	合格
	五河县疾病预防控制中心	-0.95	-0.18	合格
	萧县疾病预防控制中心	0	0	合格
	宿州市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	颍东区疾病预防控制中心	0	-0.73	合格
	颍州区疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	埇桥区疾病预防控制中心	0	-0.91	合格
福	安溪县疾病预防控制中心	0.48	1.82	合格
建	城厢区疾病预防控制中心	0.48	-1.09	合格
省	大田县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	东山县疾病预防控制中心	0	1.82	合格
	福鼎市疾病预防控制中心	-1.9	-1.09	合格
	福清市疾病预防控制中心	-0.48	1.09	合格
	福州市疾病预防控制中心	-0.95	0.55	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	海沧区疾病预防控制中心	-2.38	-2	基本合格
	涵江区疾病预防控制中心	0.48	-0.91	合格
	华安县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	建阳区疾病预防控制中心	-0.95	0.23	合格
	荔城区疾病预防控制中心	0.95	-1.27	合格
	连城县疾病预防控制中心	0.48	0	合格
	连江县疾病预防控制中心	-0.48	-1.09	合格
	龙岩市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	龙岩市永定区疾病预防控制中心	0	1.45	合格
	洛江区疾病预防控制中心	0	0.91	合格
	闽侯县疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	南安市疾病预防控制中心	-0.95	0.36	合格
	南靖县疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	南平市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	南平市延平区疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	宁德市疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	平和县疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
	莆田市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	泉州市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	三明市疾病预防控制中心	-0.48	0.73	合格
	三元区疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	厦门市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	厦门市翔安区疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	泰宁县疾病预防控制中心	-0.48	-0.73	合格
	同安区疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	武平县疾病预防控制中心	0.95	1.45	合格
	仙游县疾病预防控制中心	0.48	-0.91	合格
	秀屿区疾病预防控制中心	0	0	合格
	永安市疾病预防控制中心	0	-0.91	合格
	永春县疾病预防控制中心	0.48	1.64	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	云霄县疾病预防控制中心	-1.43	2.18	基本合格
	漳平市疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	漳浦县疾病预防控制中心	0	-0.73	合格
	漳州市疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	长乐区疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
	长泰县疾病预防控制中心	-0.48	-1.09	合格
	长汀县疾病预防控制中心	0	-0.18	合格
	政和县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
江	赣州市疾病预防控制中心	0	0.73	合格
西	芦溪县疾病预防控制中心	1.43	1.27	合格
省	宁都县疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	萍乡市疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	上栗县疾病预防控制中心	1.43	-0.55	合格
	新余市疾病预防控制中心	-1.43	0.55	合格
	新余市渝水区疾病预防控制中心	-1.43	0.36	合格
山	滨州市沾化区疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
东	博兴县疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
省	城阳区疾病预防控制中心	-1.43	-1.09	合格
	单县疾病预防控制中心	0	-0.18	合格
	东平县疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	东营区疾病预防控制中心	0.48	0.18	合格
	高密市疾病预防控制中心	0	-0.18	合格
	高青县疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	广饶县疾病预防控制中心	0	0	合格
	菏泽市牡丹区疾病预防控制中心	0	-1.09	合格
	惠民县疾病预防控制中心	-0.95	-0.18	合格
	济南市济阳区疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	金乡县疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	莱阳市疾病预防控制中心	-0.95	-0.36	合格
	莱州市疾病预防控制中心	-0.95	-0.36	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	乐陵市疾病预防控制中心	-0.95	-0.55	合格
	临沭县疾病预防控制中心	-0.95	0.36	合格
	平度市疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	平邑县疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	平原县疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	青岛市崂山区疾病预防控制中心	-0.95	-0.91	合格
	日照市东港区疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	日照市岚山区疾病预防控制中心	-1.43	-0.18	合格
	商河县疾病预防控制中心	0.48	1.09	合格
	莘县疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	寿光市疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	泰安市岱岳区疾病预防控制中心	0	-0.36	合格
	郯城县疾病预防控制中心	0.48	1.09	合格
	威海市环翠区疾病预防控制中心	0.95	-0.36	合格
	潍坊市潍城区疾病预防控制中心	0	-0.36	合格
	汶上县疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	武城县疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	阳谷县疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	郓城县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	枣庄市台儿庄区疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	淄博市博山区疾病预防控制中心	0	0.91	合格
	邹城市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
河	安阳市疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
南	安阳县疾病预防控制中心	-0.48	0.33	合格
省	博爱县疾病预防控制中心	-0.48	0.13	合格
	郸城县疾病预防控制中心	0.48	0	合格
	登封市卫生防疫站	0.48	0.36	合格
	邓州市疾病预防控制中心	0.48	0.33	合格
	范县疾病预防控制中心	0.95	0.73	合格
	方城县疾病预防控制中心	-0.95	0.13	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	封丘县疾病预防控制中心	-0.48	-0.73	合格
	扶沟县疾病预防控制中心	0.48	-0.55	合格
	巩义市疾病预防控制中心	0.95	0.42	合格
	固始县疾病预防控制中心	-0.48	0.13	合格
	光山县疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	鹤壁市疾病预防控制中心	-0.48	0.04	合格
	华龙区疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
	滑县疾病预防控制中心	1.43	-0.63	合格
	淮阳县疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	辉县市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	获嘉县疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	济源市疾病预防控制中心	-0.48	0.13	合格
	焦作市疾病预防控制中心	-0.95	0.42	合格
	浚县疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
	开封市疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
	开封市祥符区疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
	兰考县疾病预防控制中心	0	-0.15	合格
	临颍县疾病预防控制中心	0	0.33	合格
	灵宝市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	鲁山县疾病预防控制中心	-0.48	0.04	合格
	鹿邑县疾病预防控制中心	0	0.42	合格
	栾川县疾病预防控制中心	0	0.13	合格
	罗山县疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	洛宁县疾病预防控制中心	0	0.42	合格
	洛阳市疾病预防控制中心	0	0.13	合格
	漯河市疾病预防控制中心	-0.48	0.13	合格
	漯河市郾城区疾病预防控制中心	-0.48	0.04	合格
	漯河市召陵区疾病预防控制中心	-0.48	0.13	合格
	孟津县疾病预防控制中心	-0.48	-0.15	合格
	孟州市疾病预防控制中心	-0.95	0.13	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	泌阳县疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	澠池县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	南乐县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	南阳市疾病预防控制中心	-0.95	0.13	合格
	南召县疾病预防控制中心	-0.48	-3.23	不合格
	内黄县疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
	内乡县疾病预防控制中心	-0.95	0.23	合格
	宁陵县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	平顶山市疾病预防控制中心	-0.48	0.04	合格
	濮阳市疾病预防控制中心	-0.48	0.91	合格
	濮阳县疾病预防控制中心	-0.95	0	合格
	淇县疾病预防控制中心	-0.48	0.13	合格
	杞县疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
	沁阳市疾病预防控制中心	-0.95	0.33	合格
	清丰县疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	汝阳县疾病预防控制中心	0.48	0.42	合格
	汝州市疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心	1.43	1.45	合格
	三门峡市疾病预防控制中心	0.95	0.91	合格
	三门峡市陕州区疾病预防控制中心	0.48	0.91	合格
	商城县疾病预防控制中心	-1.43	-0.18	合格
	商丘市疾病预防控制中心	0.48	-1.45	合格
	商丘市梁园区疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	商丘市睢阳区疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	商丘市虞城县疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	商水县疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	社旗县疾病预防控制中心	-0.95	0.23	合格
	沈丘县疾病预防控制中心	0.48	0.18	合格
	嵩县疾病预防控制中心	0	0.04	合格
	睢县疾病预防控制中心	1.43	-0.91	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	遂平县疾病预防控制中心	0	0.73	合格
	台前县疾病预防控制中心	0	0.73	合格
	太康县疾病预防控制中心	0.48	-0.55	合格
	汤阴县疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
	唐河县疾病预防控制中心	-1.43	-0.15	合格
	通许县疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
	桐柏县疾病预防控制中心	-0.95	0.04	合格
	宛城区疾病预防控制中心	-0.48	-0.15	合格
	卫辉市疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	尉氏县疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
	温县疾病预防控制中心	-0.95	0.33	合格
	卧龙区疾病预防控制中心	-0.48	-0.15	合格
	武陟县疾病预防控制中心	-0.48	0.33	合格
	舞阳县疾病预防控制中心	0	0.13	合格
	西华县疾病预防控制中心	0.48	0	合格
	西峡县疾病预防控制中心	-0.48	-0.06	合格
	淅川县疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
	夏邑县疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
	襄城县疾病预防控制中心	0.48	-2.55	基本合格
	项城市疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	新安县疾病预防控制中心	0.48	0.13	合格
	新蔡县疾病预防控制中心	-0.95	0.36	合格
	新密市疾病预防控制中心	0.95	1.09	合格
	新县疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	新乡市凤泉区疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	新乡市红旗区疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	新乡市疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	新野县疾病预防控制中心	-0.95	1.77	合格
	新郑市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	信阳市疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	信阳市平桥区疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	信阳市浉河区疾病预防控制中心	-0.95	0	合格
	修武县疾病预防控制中心	-0.95	0.33	合格
	许昌市疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	许昌市建安区疾病预防控制中心	0.48	0.18	合格
	许昌市魏都区疾病预防控制中心	0	0	合格
	鄢陵县疾病预防控制中心	0.95	0.36	合格
	延津县疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	偃师市疾病预防控制中心	0	0.04	合格
	叶县疾病预防控制中心	-0.48	0.04	合格
	伊川县疾病预防控制中心	0	0.23	合格
	宜阳县疾病预防控制中心	0.48	0.52	合格
	殷都区疾病预防控制中心	0	0.33	合格
	荥阳市卫生防疫站	0.48	0.73	合格
	永城市疾病预防控制中心	0	0	合格
	禹州市疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	长葛市疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	长垣县疾病预防控制中心	-0.48	0.04	合格
	镇平县疾病预防控制中心	-0.95	0.33	合格
	郑州市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	中牟县卫生防疫站	0	0.55	合格
	周口市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	驻马店市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
湖	保康县疾病预防控制中心	0.48	-0.55	合格
北	赤壁市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
省	崇阳县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	丹江口市疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
	房县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	谷城县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	红安县疾病预防控制中心	0.95	0.18	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	黄冈市疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	黄梅县疾病预防控制中心	0.95	-0.73	合格
	黄石市疾病预防控制中心	-0.95	-0.18	合格
	黄州区疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
	荆州市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	老河口市疾病预防控制中心	0	-1.09	合格
	罗田县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	麻城市疾病预防控制中心	0.95	0.73	合格
	南漳县疾病预防控制中心	0	-0.73	合格
	蕲春县疾病预防控制中心	0.95	0.55	合格
	十堰市疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	十堰市郧阳区疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	松滋市疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	随县疾病预防控制中心	0	-0.18	合格
	随州市疾病预防控制中心	0	-0.18	合格
	通城县疾病预防控制中心	0.48	0	合格
	通山县疾病预防控制中心	-0.95	0.36	合格
	武穴市疾病预防控制中心	0.95	-0.55	合格
	浠水县疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	咸安区疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	咸宁市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	襄阳市疾病预防控制中心	-0.95	-0.73	合格
	襄州区疾病预防控制中心	0.48	-0.91	合格
	阳新县疾病预防控制中心	-0.95	-0.18	合格
	宜昌市疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	宜昌市夷陵区疾病预防控制中心	0	0.73	合格
	英山县疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
	郧西县疾病预防控制中心	-0.95	0.36	合格
	枣阳市疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
	长阳土家族自治县疾病预防控制中心	0	-0.18	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	钟祥市疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
湖	郴州市疾病预防控制中心	-1.43	-0.55	合格
南	衡阳市疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
省	娄底市疾病预防控制中心	4.29	0.73	不合格
	宁乡市血吸虫病地方病防治站	-1.43	0	合格
	长沙市疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
广	和平县疾病预防控制中心	7.14	11.45	不合格
东	河源市疾病预防控制中心	-1.43	-0.15	合格
省	化州市疾病预防控制中心	0.48	0.04	合格
	乐昌市疾病预防控制中心	0.95	1.38	合格
	茂名市电白区疾病预防控制中心	-0.95	0.42	合格
	茂名市疾病预防控制中心	-0.95	-0.06	合格
	梅州市疾病预防控制中心	-0.95	-0.35	合格
	韶关市疾病预防控制中心	0.48	1.38	合格
	五华县疾病预防控制中心	-0.95	-0.63	合格
广	北海市疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
西	博白县疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
自	岑溪市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
治	恭城瑶族自治县疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
区	桂林市疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	合浦县疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	贺州市疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	灵山县疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	柳州市疾病预防控制中心	-0.48	-0.55	合格
	南宁市疾病预防控制中心	-0.95	0.73	合格
	南宁市武鸣区疾病预防控制中心	0.95	0.91	合格
	平乐县疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	浦北县疾病预防控制中心	-0.95	0.36	合格
	钦州市疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	钦州市钦北区疾病预防控制中心	0.95	0.36	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	钦州市钦南区疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
	融水苗族自治县疾病预防控制中心	0	0	合格
	梧州市疾病预防控制中心	-0.48	0.91	合格
	玉林市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	钟山县疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	资源县疾病预防控制中心	0	2	合格
重	垫江县疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
庆	丰都县疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
市	涪陵区疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
	南川区疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
	万州区疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	忠县疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格
四	阿坝州疾病预防控制中心	5.24	2.55	不合格
川	道孚县疾病预防控制中心	-1.9	-0.91	合格
省	德昌县疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	德阳市疾病预防控制中心	0.95	-1.45	合格
	甘孜县疾病预防控制中心	0	-0.91	合格
	甘孜州疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	汉源县疾病预防控制中心	-0.95	-1.45	合格
	红原县疾病预防控制中心	5.24	2.36	不合格
	会理县疾病预防控制中心	0.48	-0.73	合格
	江油市疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	康定市疾病预防控制中心	0	1.09	合格
	凉山彝族自治州疾病预防控制中心	0.48	-0.73	合格
	泸定县疾病预防控制中心	1.9	2.36	基本合格
	绵阳市疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	绵阳市游仙区疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	冕宁县疾病预防控制中心	-0.48	-1.09	合格
	攀枝花市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	仁和区疾病预防控制中心	-0.48	0.18	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	若尔盖县疾病预防控制中心	3.33	1.45	不合格
	什邡市疾病预防控制中心	0.95	-1.64	合格
	石棉县疾病预防控制中心	0	-1.64	合格
	喜德县疾病预防控制中心	0	0.91	合格
	雅安市疾病预防控制中心	0	-1.09	合格
	雅江县疾病预防控制中心	-0.95	0.73	合格
	盐边县疾病预防控制中心	1.43	0.36	合格
云	宾川县疾病预防控制中心	-1.43	0.18	合格
南	澄江县疾病预防控制中心	0	-0.36	合格
省	楚雄市疾病预防控制中心	-0.95	0.18	合格
	楚雄州疾病预防控制中心	-0.95	0.36	合格
	大理州疾病预防控制中心	-1.43	2.36	基本合格
	德宏州疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
	洱源县疾病预防控制中心	-0.95	-0.55	合格
	剑川县疾病预防控制中心	0.48	0.18	合格
	梁河县疾病预防控制中心	-0.48	-0.73	合格
	弥渡县疾病预防控制中心	0.48	0.18	合格
	牟定县疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
	巧家县疾病预防控制中心	1.43	-0.18	合格
	昭通市疾病预防控制中心	-3.33	-5.09	不合格
西	阿里地区疾病预防控制中心	4.29	2.06	不合格
藏	昌都市疾病预防控制中心	3.81	1.38	不合格
自	拉萨市疾病预防控制中心	-0.48	-2.46	基本合格
治	林芝市疾病预防控制中心	1.9	0.81	合格
区	那曲市疾病预防控制中心	4.29	0.33	不合格
	日喀则市疾病预防控制中心	-0.48	-3.64	不合格
	山南市疾病预防控制中心	3.33	1.64	不合格
陕	安康市疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
西	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	0.95	0.55	合格
省	宝鸡市疾病预防控制中心	0	-0.91	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	0.48	-0.91	合格
	宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心	0.48	-0.36	合格
	澄城县疾病预防控制中心	2.38	-0.18	基本合格
	大荔县疾病预防控制中心	2.38	0	基本合格
	定边县地方病防治研究所	0	0.36	合格
	扶风县疾病预防控制中心	0.48	0	合格
	府谷县疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	富平县疾病预防控制中心	0	-1.64	合格
	高陵区疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
	韩城市疾病预防控制中心	0.48	-1.09	合格
	汉滨区疾病预防控制中心	0.95	-1.82	合格
	汉阴县疾病预防控制中心	0.48	-0.91	合格
	汉中市疾病预防控制中心	0.48	0.36	合格
	合阳县疾病预防控制中心	1.43	-0.73	合格
	横山区疾病预防控制中心	0.48	-0.18	合格
	佳县疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	泾阳县疾病预防控制中心	0.48	0.91	合格
	靖边县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	岚皋县疾病预防控制中心	-0.95	0.73	合格
	礼泉县疾病预防控制中心	0.48	-1.45	合格
	临渭区疾病预防控制中心	1.43	0	合格
	眉县疾病预防控制中心	0.48	-2	合格
	米脂县疾病预防控制中心	1.43	0	合格
	平利县疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	蒲城县疾病预防控制中心	1.9	-0.36	合格
	乾县疾病预防控制中心	1.9	-2.18	基本合格
	清涧县疾病预防控制中心	-0.95	0.55	合格
	三原县疾病预防控制中心	0.95	1.09	合格
	商洛市疾病预防控制中心	1.9	0.91	合格
	商州区疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	神木市疾病预防控制中心	-0.95	-0.18	合格
	石泉县疾病预防控制中心	0	-0.91	合格
	绥德县疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	铜川市疾病预防控制中心	-0.48	1.27	合格
	渭南市疾病预防控制中心	0.95	-0.18	合格
	吴起县疾病预防控制中心	2.86	-0.36	基本合格
	西安市鄠邑区疾病预防控制中心	0	-0.55	合格
	西安市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	咸阳市疾病预防控制中心	0.95	0.91	合格
	兴平市疾病预防控制中心	0.95	-1.82	合格
	延安市疾病预防控制中心	3.33	1.09	不合格
	延长县疾病预防控制中心	2.38	1.45	基本合格
	阎良区疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	榆林市地方病防治所	0	0	合格
	镇巴县疾病预防控制中心	-0.95	-1.64	合格
	镇坪县疾病预防控制中心	0	-1.27	合格
甘	白银市白银区疾病预防控制中心	0	0.42	合格
肃	白银市疾病预防控制中心	0.48	0.33	合格
省	白银市平川区疾病预防控制中心	0	0.23	合格
	定西市安定区疾病预防控制中心	-0.48	-0.63	合格
	定西市疾病预防控制中心	0	0.62	合格
	甘南藏族自治州疾病预防控制中心	0.48	0.04	合格
	甘州区疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	皋兰县疾病预防控制中心	-0.48	0.04	合格
	高台县疾病预防控制中心	-0.95	-1.09	合格
	古浪县疾病预防控制中心	-0.48	0.04	合格
	华池县地方病防治办公室	0.48	-0.06	合格
	环县地方病防治办公室	0.48	0.04	合格
	会宁县疾病预防控制中心	-0.48	-0.06	合格
	景泰县疾病预防控制中心	0.48	-0.35	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	靖远县疾病预防控制中心	-1.43	-0.73	合格
	酒泉市疾病预防控制中心	-0.95	-0.25	合格
	兰州市疾病预防控制中心	-0.48	0.13	合格
	临洮县疾病预防控制中心	0.95	-1.12	合格
	临泽县疾病预防控制中心	-0.48	-2	合格
	陇南市疾病预防控制中心	0.48	0.42	合格
	玛曲县疾病预防控制中心	0	-0.73	合格
	民乐县疾病预防控制中心	0	0	合格
	民勤县疾病预防控制中心	0	0.04	合格
	岷县疾病预防控制中心	3.33	0.42	不合格
	平凉市疾病预防控制中心	0	-0.54	合格
	庆阳市疾病预防控制中心	0	0.23	合格
	山丹县疾病预防控制中心	0	0.73	合格
	肃北县疾病预防控制中心	-0.48	-0.54	合格
	天水市疾病预防控制中心	-1.43	-0.35	合格
	天祝藏族自治县疾病预防控制中心	-0.48	0.23	合格
	通渭县疾病预防控制中心	0.95	1.29	合格
	渭源县疾病预防控制中心	0.48	0.81	合格
	武山县疾病预防控制中心	-2.86	-0.63	基本合格
	武威市疾病预防控制中心	-2.38	0.33	基本合格
	永昌县疾病预防控制中心	1.43	-1.5	合格
	永靖县地方病防治办公室	-2.38	-0.54	基本合格
	张掖市疾病预防控制中心	0	0.13	合格
	漳县疾病预防控制中心	1.43	0.42	合格
	镇原县疾病预防控制中心	2.86	-1.98	基本合格
	庄浪县疾病预防控制中心	0	0.13	合格
青	班玛县疾病预防控制中心	0	0.55	合格
海	达日县疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
省	大通回族土族自治县疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
	德令哈市疾病预防控制中心	0	0.73	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	都兰县疾病预防控制中心	0	0.73	合格
	甘德县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	刚察县疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	格尔木市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	共和县疾病预防控制中心	1.9	-0.36	合格
	贵德县疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	贵南县疾病预防控制中心	0.95	0.55	合格
	果洛州疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	海北州疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	海东市疾病预防控制中心	-0.48	-0.91	合格
	海东市乐都区疾病预防控制中心	0.48	0.91	合格
	海东市平安区疾病预防控制中心	0	0	合格
	海南州疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	海西州疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	海晏县疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
河南蒙古族自治县疾病预防控制中心		0	0.55	合格
互助土族自治县疾病预防控制中心		-0.95	1.09	合格
化隆回族自治县疾病预防控制中心		0	0.55	合格
黄南州疾病预防控制中心		0	0.55	合格
湟源县疾病预防控制中心		0	0.55	合格
湟中县疾病预防控制中心		0	0.55	合格
尖扎县疾病预防控制中心		0	0.55	合格
久治县疾病预防控制中心		0	0.55	合格
玛多县疾病预防控制中心		0	0.55	合格
玛沁县疾病预防控制中心		0	0.55	合格
门源县疾病预防控制中心		0	0.55	合格
民和县疾病预防控制中心		0	-1.45	合格
祁连县疾病预防控制中心		0.48	0.36	合格
天峻县疾病预防控制中心		-0.48	-35.82	不合格
同德县疾病预防控制中心		0.95	0.55	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	同仁县疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	乌兰县疾病预防控制中心	0	-35.82	不合格
	西宁市城北区疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	西宁市城东区疾病预防控制中心	0.48	0.73	合格
	西宁市城西区疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	西宁市城中区疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	西宁市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	兴海县疾病预防控制中心	0	0.73	合格
	循化撒拉族自治县疾病预防控制中心	-0.48	0.55	合格
	玉树州疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	泽库县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
宁	固原市疾病预防控制中心	0	0.55	合格
夏	海原县疾病预防控制中心	0	0.55	合格
自	贺兰县疾病预防控制中心	0.48	-0.55	合格
治	红寺堡区疾病预防控制中心	0	0	合格
区	惠农区疾病预防控制中心	-1.9	-2.18	基本合格
	泾源县疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	灵武市疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	隆德县疾病预防控制中心	0.48	-0.73	合格
	彭阳县疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	平罗县疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	青铜峡市疾病预防控制中心	0	-0.18	合格
	石嘴山市疾病预防控制中心	0.48	0	合格
	同心县疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	吴忠市疾病预防控制中心	-0.48	0.36	合格
	西吉县疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	兴庆区疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	盐池县疾病预防控制中心	0	0	合格
	银川市疾病预防控制中心	0	0.36	合格
	银川市金凤区疾病预防控制中心	-1.9	0.36	合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
	银川市西夏区疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	永宁县疾病预防控制中心	0.95	0.18	合格
	原州区疾病预防控制中心	-0.48	-0.36	合格
	中宁县疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	中卫市疾病预防控制中心	0.95	0.55	合格
新	阿克苏地区疾病预防控制中心	-0.95	1.09	合格
疆	阿克苏市疾病预防控制中心	-0.95	0.73	合格
自	阿勒泰地区疾病预防控制中心	1.43	0.73	合格
治	阿勒泰市疾病预防控制中心	0.95	0.55	合格
区	阿图什市疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	阿瓦提县疾病预防控制中心	-0.95	0.91	合格
	巴州疾病预防控制中心	0	0.91	合格
	策勒县疾病预防控制中心	0.48	1.09	合格
	昌吉州疾病预防控制中心	2.38	0.55	基本合格
	阜康市疾病预防控制中心	1.9	1.27	合格
	富蕴县疾病预防控制中心	2.38	0.91	基本合格
	和田地区疾病预防控制中心	1.43	1.09	合格
	喀什地区疾病预防控制中心	0.95	0.91	合格
	克州疾病预防控制中心	0	0.73	合格
	库车县疾病预防控制中心	0.48	0.55	合格
	且末县疾病预防控制中心	0	0.18	合格
	沙湾县疾病预防控制中心	-1.43	0.73	合格
	沙雅县疾病预防控制中心	1.43	0.73	合格
	塔城地区疾病预防控制中心	1.9	0.55	合格
	塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	0.95	0.91	合格
	温宿县疾病预防控制中心	-0.95	1.09	合格
新	第八师疾病预防控制中心	0	0.55	合格
疆	第二师疾病预防控制中心	0	0	合格
生	第九师疾病预防控制中心	0	-0.91	合格
产	第六师疾病预防控制中心	0.48	9.45	不合格

省份	实验室名称	FS20190401 的 Z 值	FS20190402 的 Z 值	考核结果
建 设 兵 团	第七师疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格
	第三师疾病预防控制中心	-1.9	-4.18	不合格
	第十三师疾病预防控制中心	-0.48	0	合格
	第十师综合检验检测中心	-0.48	0	合格
	第四师疾病预防控制中心	0	0.55	合格
	第五师疾病预防控制中心	-0.95	0	合格
	第一师疾病预防控制中心	-0.48	-0.18	合格

表9 地市、县级实验室尿中氟化物含量检测考核结果

省份	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
天津市	天津市宝坻区疾病预防控制中心	0.2	-0.17	合格
	天津市北辰区疾病预防控制中心	1.4	1.21	合格
	天津市滨海新区疾病预防控制中心	-2.2	-0.91	基本合格
	天津市东丽区疾病预防控制中心	0.6	-0.17	合格
	天津市蓟州区疾病预防控制中心	-1.4	-0.49	合格
	天津市津南区疾病预防控制中心	1.4	0.26	合格
	天津市静海区疾病预防控制中心	2.6	0.57	基本合格
	天津市宁河区疾病预防控制中心	-0.2	0.57	合格
	天津市武清区疾病预防控制中心	-0.6	-1.13	合格
天津市西青区疾病预防控制中心	0.2	0.04	合格	
河北省	安次区疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	安平县疾病预防控制中心	-0.2	0.04	合格
	安新县疾病预防控制中心	-0.2	-0.6	合格
	霸州市疾病预防控制中心	-0.2	-0.81	合格
	柏乡县疾病预防控制中心	-0.6	-0.7	合格
	保定市疾病预防控制中心	-0.6	-0.7	合格
	泊头市疾病预防控制中心	-0.2	-0.7	合格
	博野县疾病预防控制中心	-0.2	-0.91	合格
	沧县疾病预防控制中心	0.2	-1.02	合格
	沧州市疾病预防控制中心	0.2	-0.6	合格
	成安县疾病预防控制中心	-1	-0.81	合格
	承德市疾病预防控制中心	0.2	-0.6	合格
	赤城县疾病预防控制中心	0.2	-1.13	合格
	磁县疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	丛台区疾病预防控制中心	-0.2	-0.7	合格
	大城县疾病预防控制中心	-0.2	-0.81	合格
	大名县疾病预防控制中心	-0.6	-0.91	合格
	定兴县疾病预防控制中心	-0.2	-1.23	合格
	定州市疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	东光县疾病预防控制中心	0.6	0.36	合格

省份	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
	肥乡区疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	丰宁满族自治县疾病预防控制中心	1.4	-0.38	合格
	丰润区疾病预防控制中心	-0.2	-0.81	合格
	阜城县疾病预防控制中心	-0.6	-0.38	合格
	阜平县疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	复兴区疾病预防控制中心	-0.6	-0.91	合格
	高碑店市疾病预防控制中心	-0.6	-1.13	合格
	高阳县疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	高邑县疾病预防控制中心	0.2	-0.7	合格
	沽源县疾病预防控制中心	1	-0.91	合格
	故城县疾病预防控制中心	-1	-0.49	合格
	馆陶县疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	广平县疾病预防控制中心	-0.6	-1.02	合格
	广宗县疾病预防控制中心	-0.6	-0.7	合格
	海兴县疾病预防控制中心	1	-0.06	合格
	邯郸市疾病预防控制中心	-1	-0.7	合格
	邯山区疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	河间市疾病预防控制中心	0.2	-1.13	合格
	衡水市疾病预防控制中心	0.2	-0.17	合格
	黄骅市疾病预防控制中心	1.4	-0.81	合格
	鸡泽县疾病预防控制中心	-0.2	-0.81	合格
	冀州区疾病预防控制中心	-0.2	-0.17	合格
	晋州市疾病预防控制中心	0.2	-0.91	合格
	景县疾病预防控制中心	-0.6	-0.28	合格
	巨鹿县疾病预防控制中心	-1	-0.7	合格
	康保县疾病预防控制中心	0.2	-0.81	合格
	涞源县疾病预防控制中心	-0.2	-0.91	合格
	廊坊市疾病预防控制中心	-0.2	-0.6	合格
	乐亭县疾病预防控制中心	-1	-1.02	合格
	蠡县疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格

省份	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
	临西县疾病预防控制中心	-0.6	-0.49	合格
	临漳县疾病预防控制中心	-1	-0.81	合格
	灵寿县疾病预防控制中心	0.6	-0.81	合格
	隆化县疾病预防控制中心	0.2	-0.91	合格
	隆尧县疾病预防控制中心	-1	-0.81	合格
	滦平县疾病预防控制中心	0.2	-0.38	合格
	滦州市疾病预防控制中心	-0.6	-1.02	合格
	南宫市疾病预防控制中心	-0.6	-0.7	合格
	南皮县疾病预防控制中心	-0.6	-0.38	合格
	平山县疾病预防控制中心	-0.2	-1.13	合格
	平乡县疾病预防控制中心	-0.6	-0.7	合格
	秦皇岛市疾病预防控制中心	1	-0.17	合格
	青龙满族自治县疾病预防控制中心	2.2	-0.38	基本合格
	青县疾病预防控制中心	-1.4	-0.49	合格
	清河县疾病预防控制中心	-1	-0.7	合格
	清苑区疾病预防控制中心	-0.2	-0.7	合格
	邱县疾病预防控制中心	-0.6	-0.7	合格
	曲阳县疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	饶阳县疾病预防控制中心	0.2	0.04	合格
	任丘市疾病预防控制中心	-0.6	-0.49	合格
	任县疾病预防控制中心	-1	-0.49	合格
	容城县疾病预防控制中心	-0.2	-0.81	合格
	三河市疾病预防控制中心	0.2	-0.81	合格
	尚义县疾病预防控制中心	0.6	-0.81	合格
	深泽县疾病预防控制中心	0.6	-0.7	合格
	深州市疾病预防控制中心	-0.6	-0.49	合格
	石家庄市疾病预防控制中心	0.6	-0.7	合格
	双桥区疾病预防控制中心	1	-0.49	合格
	唐山市疾病预防控制中心	-0.6	-0.91	合格
	唐县疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格

省份	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
	桃城区疾病预防控制中心	-0.2	-0.17	合格
	威县疾病预防控制中心	-0.6	-0.7	合格
	围场满族蒙古族自治县疾病预防控制中心	1	-0.6	合格
	蔚县疾病预防控制中心	-0.2	-1.13	合格
	魏县疾病预防控制中心	-1	-0.81	合格
	文安县疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	无极县疾病预防控制中心	0.2	-0.91	合格
	吴桥县疾病预防控制中心	-0.2	-0.7	合格
	武强县疾病预防控制中心	-1	0.15	合格
	武邑县疾病预防控制中心	0.2	-0.06	合格
	献县疾病预防控制中心	1.4	-0.06	合格
	香河县疾病预防控制中心	0.2	-0.7	合格
	辛集市疾病预防控制中心	0.6	-0.81	合格
	邢台市疾病预防控制中心	-0.6	-0.7	合格
	雄县疾病预防控制中心	0.6	-0.6	合格
	徐水区疾病预防控制中心	-0.2	-0.91	合格
	宣化区疾病预防控制中心	0.6	-0.7	合格
	盐山县疾病预防控制中心	1.8	-0.6	合格
	阳原县疾病预防控制中心	0.2	-0.6	合格
	永年区疾病预防控制中心	-0.2	-0.91	合格
	永清县疾病预防控制中心	0.6	-0.7	合格
	玉田县疾病预防控制中心	-1	-0.7	合格
	运河区疾病预防控制中心	-0.6	-0.81	合格
	赞皇县疾病预防控制中心	0.6	-0.7	合格
	枣强县疾病预防控制中心	0.2	0.15	合格
	张北县疾病预防控制中心	0.2	-0.91	合格
	张家口市地方病防治所	-0.6	-1.02	合格
	赵县疾病预防控制中心	0.6	-0.81	合格
	涿州市疾病预防控制中心	-0.2	-0.81	合格
辽	鞍山市卫生健康事业服务中心	0.6	-0.49	合格

省份	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
宁 省	本溪市疾病预防控制中心	0.2	-0.49	合格
	朝阳市疾病预防控制中心	-1	-0.91	合格
	大连市疾病预防控制中心	-1	-0.91	合格
	丹东市卫生健康服务中心	-1	-1.34	合格
	抚顺市疾病预防控制中心	0.2	-0.49	合格
	葫芦岛市卫生健康事业服务中心	-1	-0.81	合格
	锦州市全民健康保障中心	0.2	-0.7	合格
	辽阳市卫生健康服务中心	-0.6	-0.81	合格
	盘锦市疾病预防控制中心	-1	-1.02	合格
	沈阳市卫生健康服务与行政执法中心	-0.6	-0.6	合格
	铁岭市卫生健康事务服务中心	-0.6	-0.91	合格
	营口市卫生健康事务中心	-0.6	-0.81	合格
江 西 省	赣州市疾病预防控制中心	-1	0.68	合格
	芦溪县疾病预防控制中心	-0.2	0.89	合格
	宁都县疾病预防控制中心	-0.2	0.57	合格
	萍乡市疾病预防控制中心	0.2	0.57	合格
	上栗县疾病预防控制中心	1.4	0.04	合格
	新余市疾病预防控制中心	-1.8	1.21	合格
新余市渝水区疾病预防控制中心	-1.8	1.11	合格	
湖 北 省	巴东县疾病预防控制中心	0.6	0.15	合格
	恩施市疾病预防控制中心	-0.2	0.36	合格
	恩施州疾病预防控制中心	0.6	-0.06	合格
	鹤峰县疾病预防控制中心	-0.2	0.68	合格
	黄石市疾病预防控制中心	-1	0.57	合格
	建始县疾病预防控制中心	1.4	0.47	合格
	来凤县疾病预防控制中心	1.4	-0.28	合格
	利川市疾病预防控制中心	-0.2	0.79	合格
	南漳县疾病预防控制中心	-0.2	0.04	合格
	十堰市疾病预防控制中心	-1.4	0.47	合格
	五峰土家族自治县疾病预防控制中心	0.6	0.57	合格

省份	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
	咸丰县疾病预防控制中心	1	0.26	合格
	襄阳市职业病防治院	-0.6	-0.38	合格
	宣恩县疾病预防控制中心	0.6	-0.17	合格
	阳新县疾病预防控制中心	-1	0.57	合格
	宜昌市疾病预防控制中心	-0.6	-0.06	合格
	长阳土家族自治县疾病预防控制中心	-0.2	0.26	合格
	竹山县疾病预防控制中心	-1.4	-0.38	合格
	竹溪县疾病预防控制中心	-0.6	-0.17	合格
	秭归县疾病预防控制中心	0.2	-0.06	合格
湖	郴州市疾病预防控制中心	-0.6	-0.6	合格
南	衡南县疾病预防控制中心	0.2	-0.38	合格
省	衡阳市疾病预防控制中心	-0.6	0.26	合格
	耒阳市疾病预防控制中心	0.2	0.15	合格
	冷水江市疾病预防控制中心	1	0.36	合格
	娄底市疾病预防控制中心	4.2	2.81	不合格
	娄底市新化县疾病预防控制中心	0.2	0.89	合格
	宁乡市血吸虫病地方病防治站	-0.6	-0.38	合格
	宜章县疾病预防控制中心	-0.2	-0.91	合格
	长沙市疾病预防控制中心	-0.2	-0.17	合格
广	合山市疾病预防控制中心	-0.6	-0.17	合格
西	河池市疾病预防控制中心	-0.6	-0.28	合格
	来宾市疾病预防控制中心	-1	-0.17	合格
	罗城仫佬族自治县疾病预防控制中心	-0.2	-0.91	合格
重	奉节县疾病预防控制中心	0.2	3.13	不合格
庆	开州区疾病预防控制中心	1	3.45	不合格
市	南川区疾病预防控制中心	0.6	0.79	合格
	彭水县疾病预防控制中心	1	0.79	合格
	綦江区疾病预防控制中心	1.4	1.21	合格
	黔江区疾病预防控制中心	0.2	0.15	合格
	石柱县疾病预防控制中心	-0.6	-0.28	合格

省份	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
	万盛经济技术开发区疾病预防控制中心	1	2.6	基本合格
	巫山县疾病预防控制中心	-0.2	3.13	不合格
	巫溪县疾病预防控制中心	-0.2	3.23	不合格
	武隆区疾病预防控制中心	1.4	1.11	合格
	秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心	1	1.21	合格
	云阳县疾病预防控制中心	-1	2.91	基本合格
四	阿坝州疾病预防控制中心	-3	3.66	不合格
川	巴中市疾病预防控制中心	0.6	1.21	合格
省	达州市疾病预防控制中心	1.4	0.57	合格
	道孚县疾病预防控制中心	-1.8	3.45	不合格
	德阳市疾病预防控制中心	-1.8	-0.91	合格
	甘洛县疾病预防控制中心	-0.2	-0.06	合格
	甘孜县疾病预防控制中心	-1	-0.6	合格
	甘孜州疾病预防控制中心	0.2	2.38	基本合格
	高县疾病预防控制中心	3	1.32	不合格
	珙县疾病预防控制中心	1	2.28	基本合格
	古蔺县疾病预防控制中心	3.8	0.89	不合格
	广安市疾病预防控制中心	0.2	0.15	合格
	广元市朝天区疾病预防控制中心	0.2	0.36	合格
	广元市疾病预防控制中心	0.2	0.57	合格
	汉源县疾病预防控制中心	-0.2	0.26	合格
	红原县疾病预防控制中心	-1.4	4.09	不合格
	洪雅县疾病预防控制中心	-0.6	0.26	合格
	剑阁县疾病预防控制中心	-0.6	0.47	合格
	江安县疾病预防控制中心	-0.2	0.36	合格
	筠连县疾病预防控制中心	2.2	0.47	基本合格
	康定市疾病预防控制中心	-0.6	2.7	基本合格
	凉山彝族自治州疾病预防控制中心	-0.2	-0.17	合格
	邻水县疾病预防控制中心	0.2	-0.17	合格
	泸定县疾病预防控制中心	-1.4	4.09	不合格

省份	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
	泸州市疾病预防控制中心	1.8	0.26	合格
	马尔康市疾病预防控制中心	-0.2	2.17	基本合格
	眉山市疾病预防控制中心	-0.2	0.36	合格
	绵阳市疾病预防控制中心	-0.2	0.57	合格
	冕宁县疾病预防控制中心	-0.2	-0.49	合格
	南江县疾病预防控制中心	-0.2	0.15	合格
	攀枝花市疾病预防控制中心	-0.2	0.68	合格
	青川县疾病预防控制中心	0.6	-0.06	合格
	若尔盖县疾病预防控制中心	3.8	1.43	不合格
	什邡市疾病预防控制中心	-0.6	0.26	合格
	四川省疾病预防控制中心	1.8	1.21	合格
	天全县疾病预防控制中心	-0.6	0.26	合格
	万源市疾病预防控制中心	1.8	0.04	合格
	旺苍县疾病预防控制中心	1.4	-0.17	合格
	兴文县疾病预防控制中心	1.8	0.26	合格
	叙永县疾病预防控制中心	1.8	-0.17	合格
	雅安市疾病预防控制中心	-0.2	0.26	合格
	雅安市雨城区疾病预防控制中心	-0.6	1.85	合格
	雅江县疾病预防控制中心	-1.4	4.09	不合格
	盐边县疾病预防控制中心	2.2	0.79	基本合格
	宜宾市疾病预防控制中心	1.8	0.47	合格
	荣经县疾病预防控制中心	-0.2	0.26	合格
	越西县疾病预防控制中心	-1	0.04	合格
	长宁县疾病预防控制中心	3	1.11	不合格
贵州省	安顺市疾病预防控制中心	-0.2	1.32	合格
	毕节市疾病预防控制中心	-1	-1.13	合格
	毕节市七星关区疾病预防控制中心	-1	-0.38	合格
	大方县疾病预防控制中心	-0.2	-0.38	合格
	普安县疾病预防控制中心	-0.2	0.68	合格
	普定县疾病预防控制中心	0.2	0.57	合格

省份	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
	黔西南州疾病预防控制中心	-0.6	0.89	合格
	黔西县疾病预防控制中心	0.2	-0.91	合格
	仁怀市疾病预防控制中心	1	0.26	合格
云 南 省	楚雄市疾病预防控制中心	0.6	0.15	合格
	楚雄州疾病预防控制中心	1	0.47	合格
	鲁甸县疾病预防控制中心	3	-0.91	不合格
	罗平县疾病预防控制中心	-1	-0.81	合格
	弥渡县疾病预防控制中心	-1	-1.02	合格
	牟定县疾病预防控制中心	1	0.15	合格
	巧家县疾病预防控制中心	0.2	-0.49	合格
	曲靖市疾病预防控制中心	-0.2	-0.49	合格
	邵通市昭阳区疾病预防控制中心	-0.6	1.11	合格
	威信县疾病预防控制中心	-0.6	-0.7	合格
	盐津县疾病预防控制中心	-0.6	-0.6	合格
	彝良县疾病预防控制中心	-1	-0.7	合格
	元谋县疾病预防控制中心	1.8	-0.06	合格
	昭通市疾病预防控制中心	-0.2	-1.02	合格
	镇雄县疾病预防控制中心	-1	-0.28	合格
	陕 西 省	安康市疾病预防控制中心	-1	0.36
宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心		0.2	0.36	合格
宝鸡市疾病预防控制中心		0.6	0.47	合格
宝鸡市金台区疾病预防控制中心		0.2	0.04	合格
宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心		-0.2	0.36	合格
澄城县疾病预防控制中心		1.8	0.57	合格
大荔县疾病预防控制中心		1.4	0.57	合格
扶风县疾病预防控制中心		-0.6	0.15	合格
富平县疾病预防控制中心		-0.2	0.47	合格
韩城市疾病预防控制中心		-0.2	1	合格
汉滨区疾病预防控制中心		-1.4	0.47	合格
汉阴县疾病预防控制中心		0.2	-0.17	合格

省份	实验室名称	FN20190401 的 Z 值	FN20190402 的 Z 值	考核结果
	汉中市疾病预防控制中心	0.2	0.04	合格
	合阳县疾病预防控制中心	1.8	1.11	合格
	泾阳县疾病预防控制中心	-0.6	0.68	合格
	岚皋县疾病预防控制中心	1	0.15	合格
	礼泉县疾病预防控制中心	1.8	-0.17	合格
	眉县疾病预防控制中心	-0.2	0.04	合格
	平利县疾病预防控制中心	0.6	0.15	合格
	蒲城县疾病预防控制中心	1	0.26	合格
	乾县疾病预防控制中心	-0.2	-0.28	合格
	三原县疾病预防控制中心	-0.6	0.68	合格
	商洛市疾病预防控制中心	-1	-0.28	合格
	商州区疾病预防控制中心	-1	0.26	合格
	石泉县疾病预防控制中心	0.6	0.04	合格
	铜川市疾病预防控制中心	-1.8	0.57	合格
	渭南市疾病预防控制中心	1.4	0.57	合格
	西安市疾病预防控制中心	-0.6	0.68	合格
	咸阳市疾病预防控制中心	-0.6	0.57	合格
	兴平市疾病预防控制中心	0.6	-0.17	合格
	延安市疾病预防控制中心	2.2	0.47	基本合格
	榆林市地方病防治所	0.6	0.04	合格
	镇巴县疾病预防控制中心	-1	-0.6	合格
	镇坪县疾病预防控制中心	0.6	0.79	合格

表 10 地市、县级实验室砖茶中氟化物含量检测考核结果

省份	实验室名称	FC20190401 的 Z 值	FC20190402 的 Z 值	考核结果
内	巴彦淖尔市疾病预防控制中心	1.6	0.76	合格
蒙	察哈尔右翼中旗疾病预防控制中心	-1.05	-0.48	合格
古	陈巴尔虎旗疾病预防控制中心	0.37	-0.54	合格
自	鄂尔多斯市疾病预防控制中心	0.23	0.63	合格
治	呼伦贝尔市地方病防治研究所	-1.19	-0.61	合格
区	通辽市地方病防治站	0.35	0.49	合格
	乌拉特后旗疾病预防控制中心	4.26	1.19	不合格
	乌兰察布市地方病防治中心	-3.77	-0.21	不合格
	西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心	-0.17	1.35	合格
	锡林郭勒盟地病站	0.3	1.14	合格
	锡林浩特盟地方病防治中心	0.3	1.14	合格
	伊金霍洛旗疾病预防控制中心	-0.03	0.98	合格
	扎鲁特旗疾病预防控制中心	-0.43	-0.86	合格
四	阿坝县疾病预防控制中心	-3.8	-0.94	不合格
川	阿坝州疾病预防控制中心	-2.22	-1.54	基本合格
省	巴塘县疾病预防控制中心	-0.11	0.98	合格
	白玉县疾病预防控制中心	0.1	0.99	合格
	丹巴县疾病预防控制中心	0.09	0.4	合格
	道孚县疾病预防控制中心	-0.09	0.53	合格
	稻城县疾病预防控制中心	0.02	0.05	合格
	得荣县疾病预防控制中心	-0.4	-1.19	合格
	德格县疾病预防控制中心	0.24	1.03	合格
	甘孜县疾病预防控制中心	0.35	0.51	合格
	甘孜州疾病预防控制中心	-0.24	-0.2	合格
	黑水县疾病预防控制中心	-0.35	-1.44	合格
	红原县疾病预防控制中心	-2.22	-1.5	基本合格
	金川县疾病预防控制中心	0.02	-1.16	合格
	九龙县疾病预防控制中心	0.62	1.42	合格
	九寨沟县疾病预防控制中心	-0.24	-1.45	合格
	康定市疾病预防控制中心	0.29	0.93	合格

省份	实验室名称	FC20190401 的 Z 值	FC20190402 的 Z 值	考核结果
	理塘县疾病预防控制中心	0.22	1.35	合格
	理县疾病预防控制中心	2.58	-2.04	基本合格
	凉山彝族自治州疾病预防控制中心	0.61	1.02	合格
	炉霍县疾病预防控制中心	0.32	-0.71	合格
	泸定县疾病预防控制中心	-0.08	1.3	合格
	马尔康市疾病预防控制中心	0.22	2.17	基本合格
	木里县疾病预防控制中心	0.56	0.77	合格
	壤塘县疾病预防控制中心	-0.48	-1.67	合格
	若尔盖县疾病预防控制中心	2.24	0.07	基本合格
	色达县疾病预防控制中心	-1.22	-1.51	合格
	石渠县疾病预防控制中心	0.1	-0.04	合格
	松潘县疾病预防控制中心	0.33	-1.48	合格
	乡城县疾病预防控制中心	0.21	1.24	合格
	小金县疾病预防控制中心	1.48	1.97	合格
	新龙县疾病预防控制中心	-0.56	-1	合格
	雅江县疾病预防控制中心	-0.01	0.72	合格
西	阿里地区疾病预防控制中心	0.15	1.84	合格
藏	昌都市疾病预防控制中心	0.21	1.73	合格
自	拉萨市疾病预防控制中心	0.13	0.51	合格
治	林芝市疾病预防控制中心	0.34	0.64	合格
区	那曲市疾病预防控制中心	0.29	2.81	基本合格
	日喀则市疾病预防控制中心	-0.49	-0.47	合格
	山南市疾病预防控制中心	0.79	1.25	合格
甘	甘南藏族自治州疾病预防控制中心	-1.65	-0.87	合格
肃	酒泉市疾病预防控制中心中心	-1.04	-0.45	合格
省	玛曲县疾病预防控制中心	-1.81	-1.36	合格
	肃北县疾病预防控制中心	-1.47	-0.69	合格
	天祝藏族自治县疾病预防控制中心	-1.4	-0.49	合格
	武威市疾病预防控制中心	-1.32	-0.62	合格
	张掖市疾病预防控制中心	-0.21	1.96	合格

省份	实验室名称	FC20190401 的 Z 值	FC20190402 的 Z 值	考核结果
青	班玛县疾病预防控制中心	0.42	-0.17	合格
海	达日县疾病预防控制中心	-0.11	-0.29	合格
省	大通回族土族自治县疾病预防控制中心	0.41	-0.33	合格
	德令哈市疾病预防控制中心	0.41	-0.2	合格
	都兰县疾病预防控制中心	0.43	-0.16	合格
	甘德县疾病预防控制中心	-0.62	-0.42	合格
	刚察县疾病预防控制中心	-0.09	-0.17	合格
	格尔木市疾病预防控制中心	0.2	-0.24	合格
	共和县疾病预防控制中心	-0.24	-0.29	合格
	贵德县疾病预防控制中心	0.16	-0.17	合格
	贵南县疾病预防控制中心	-0.23	-0.21	合格
	果洛州疾病预防控制中心	-0.19	-0.44	合格
	海北州疾病预防控制中心	0.29	-0.21	合格
	海东市疾病预防控制中心	-1.77	-2.33	基本合格
	海东市乐都区疾病预防控制中心	0.69	-0.06	合格
	海东市平安区疾病预防控制中心	-1.74	-2.29	基本合格
	海南州疾病预防控制中心	0.22	-0.19	合格
	海西州疾病预防控制中心	0.45	-0.24	合格
	海晏县疾病预防控制中心	0.36	-0.26	合格
	河南蒙古族自治县疾病预防控制中心	-0.07	-0.23	合格
	互助土族自治县疾病预防控制中心	-1.48	-2.27	基本合格
	化隆回族自治县疾病预防控制中心	0.53	-0.12	合格
	黄南州疾病预防控制中心	0.12	-0.25	合格
	湟源县疾病预防控制中心	0.52	-0.24	合格
	湟中县疾病预防控制中心	0.82	-0.26	合格
	尖扎县疾病预防控制中心	0.39	-0.15	合格
	久治县疾病预防控制中心	-0.37	-1.4	合格
	玛多县疾病预防控制中心	-0.24	-0.38	合格
	玛沁县疾病预防控制中心	-0.26	-0.39	合格
	门源县疾病预防控制中心	0.16	-0.17	合格

省份	实验室名称	FC20190401 的 Z 值	FC20190402 的 Z 值	考核结果
	民和县疾病预防控制中心	-2.28	-2.51	基本合格
	祁连县疾病预防控制中心	0.16	-0.14	合格
	天峻县疾病预防控制中心	0.42	-0.31	合格
	同德县疾病预防控制中心	0.05	-0.17	合格
	同仁县疾病预防控制中心	-0.07	-0.18	合格
	乌兰县疾病预防控制中心	0.45	-0.24	合格
	西宁市城北区疾病预防控制中心	0.09	-0.1	合格
	西宁市城东区疾病预防控制中心	0.23	-0.43	合格
	西宁市城西区疾病预防控制中心	0.36	0	合格
	西宁市城中区疾病预防控制中心	0.38	-0.03	合格
	西宁市疾病预防控制中心	0.71	-0.66	合格
	兴海县疾病预防控制中心	0	-0.19	合格
	循化撒拉族自治县疾病预防控制中心	0.53	-0.26	合格
	玉树州疾病预防控制中心	0.42	-0.24	合格
	泽库县疾病预防控制中心	-0.04	-0.2	合格
宁	固原市疾病预防控制中心	1.14	-0.23	合格
夏	海原县疾病预防控制中心	0.72	0.94	合格
自	泾源县疾病预防控制中心	1.1	1.08	合格
治	隆德县疾病预防控制中心	-0.07	-0.37	合格
区	彭阳县疾病预防控制中心	1.14	-0.37	合格
	同心县疾病预防控制中心	0.42	-0.2	合格
	西吉县疾病预防控制中心	0.72	-0.17	合格
	原州区疾病预防控制中心	0.82	0.03	合格
新	阿勒泰地区疾病预防控制中心	0.63	0.03	合格
疆	富蕴县疾病预防控制中心	0.65	1.73	合格
自	吉木萨尔县疾病预防控制中心	-1.48	-0.75	合格
治	尼勒克县疾病预防控制中心	0.34	0.5	合格
区	新疆昌吉州疾病预防控制中心	0.67	0.59	合格
	伊犁哈萨克自治州疾病预防控制中心	0.31	0.47	合格

表 11 省级实验室水中砷化物含量检测考核结果

序号	实验室名称	AS20190401 的 Z 值	AS20190402 的 Z 值	考核结果
1	山西省地方病防治研究所	-0.78	-0.50	合格
2	内蒙古自治区综合疾病预防控制中心	-0.78	0.00	合格
3	吉林省地方病第一防治研究所	1.44	-0.50	合格
4	江苏省疾病预防控制中心	0.33	0.00	合格
5	安徽省疾病预防控制中心	-0.78	0.00	合格
6	湖北省疾病预防控制中心	1.44	0.00	合格
7	四川省疾病预防控制中心	-0.78	-0.50	合格
8	贵州省疾病预防控制中心	1.44	-0.50	合格
9	云南省地方病防治所	1.44	0.50	合格
10	陕西省地方病防治研究所	-0.78	-0.50	合格
11	甘肃省疾病预防控制中心	0.33	0.00	合格
12	青海省地方病预防控制所	0.33	-0.50	合格
13	宁夏回族自治区疾病预防控制中心	0.33	1.00	合格
14	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	-0.78	-1.00	合格
15	新疆生产建设兵团疾病预防控制中心	0.33	1.50	合格

表 12 省级实验室尿中砷化物含量检测考核结果

序号	实验室名称	AN20190401 的 Z 值	AN20190402 的 Z 值	考核结果
1	山西省地方病防治研究所	0.33	0.62	合格
2	内蒙古自治区综合疾病预防控制中心	-0.67	-0.38	合格
3	吉林省地方病第一防治研究所	-0.67	-0.25	合格
4	江苏省疾病预防控制中心	0.67	0.38	合格
5	安徽省疾病预防控制中心	0.33	-0.13	合格
6	湖北省疾病预防控制中心	-3.33	-3.38	不合格
7	贵州省疾病预防控制中心	2.33	0.87	基本合格
8	云南省地方病防治所	0.00	0.13	合格
9	陕西省地方病防治研究所	0.00	-0.75	合格
10	甘肃省疾病预防控制中心	0.67	0.38	合格
11	青海省地方病预防控制所	0.33	-0.63	合格
12	宁夏自治区疾病预防控制中心	0.33	-0.75	合格
13	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	0.00	-0.13	合格
14	新疆生产建设兵团疾病预防控制中心	0.33	-0.75	合格

表 13 各省地市、县级实验室水砷样品检测考核结果汇总

序号	省份	反馈实验室数	合格实验室数	反馈合格率
1	山西省	23	23	100.0%
2	内蒙古自治区	37	37	100.0%
3	吉林省	9	8	88.9%
4	江苏省	4	4	100.0%
5	安徽省	6	6	100.0%
6	湖北省	2	2	100.0%
7	四川省	5	4	80.0%
8	贵州省	3	3	100.0%
9	云南省	13	13	100.0%
10	陕西省	8	8	100.0%
11	甘肃省	9	9	100.0%
12	青海省	3	3	100.0%
13	宁夏自治区	24	24	100.0%
14	新疆自治区	4	4	100.0%
15	新疆生产建设兵团	7	6	85.7%
合计		157	154	98.1%

表 14 各省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）尿砷样品检测考核结果汇总

序号	省份	反馈实验室数	合格实验室数	反馈合格率
1	山西省	23	23	100.0%
2	内蒙古自治区	21	20	95.2%
3	吉林省	3	3	100.0%
4	江苏省	2	2	100.0%
5	安徽省	3	3	100.0%
6	湖北省	2	2	100.0%
7	贵州省	3	3	100.0%
8	云南省	6	6	100.0%
9	陕西省	8	8	100.0%
10	甘肃省	5	5	100.0%
11	青海省	3	3	100.0%
12	宁夏自治区	3	3	100.0%
13	新疆自治区	2	2	100.0%
14	新疆生产建设兵团	2	2	100.0%
合计		86	85	98.8%

表 15 地市、县级实验室水中砷化物含量检测考核结果

省份	实验室名称	AS20190401 的 Z 值	AS20190402 的 Z 值	考核结果
山 西 省	大同市疾病预防控制中心	0.33	1.5	合格
	定襄县疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	汾阳市疾病预防控制中心	-0.78	0.5	合格
	怀仁市疾病预防控制中心	0.33	1	合格
	介休市疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	晋中市疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	吕梁市疾病预防控制中心	-1.89	1	合格
	平遥县疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	祁县疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	清徐县疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	山阴县疾病预防控制中心	0.33	1.5	合格
	朔州市疾病预防控制中心	0.33	1.5	合格
	朔州市朔城区疾病预防控制中心	0.33	1.5	合格
	太原市疾病预防控制中心	-0.78	-1	合格
	太原市小店区疾病预防控制中心	-0.78	-1.5	合格
	天镇县疾病预防控制中心	0.33	1	合格
	文水县疾病预防控制中心	-0.78	1	合格
	孝义市疾病预防控制中心	-1.89	1	合格
	忻州市疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	阳高县疾病预防控制中心	0.33	1	合格
应县疾病预防控制中心	0.33	1	合格	
永济市疾病预防控制中心	-0.78	-1	合格	
运城市疾病预防控制中心	-1.89	0	合格	
内 蒙 古 自 治 区	阿巴嘎旗疾病预防控制中心	0.33	-1	合格
	阿尔山市疾病预防控制中心	-0.78	0.5	合格
	阿拉善盟疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	阿左旗疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	巴彦淖尔市疾病预防控制中心	-0.78	0.5	合格
	包头市疾病预防控制中心	-0.78	0.5	合格
	赤峰市疾病预防控制中心	-0.78		合格

省份	实验室名称	AS20190401 的 Z 值	AS20190402 的 Z 值	考核结果
	达拉特旗疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
	磴口县疾病预防控制中心	0.33	0	合格
	东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心	0.33	-1	合格
	鄂尔多斯市疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	鄂温克族自治旗疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	杭锦后旗疾病预防控制中心	-0.78	1.5	合格
	杭锦旗疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
	和林格尔县疾病预防控制中心	-0.78	-1	合格
	呼和浩特市地方病防治中心	0.33	-1	合格
	呼伦贝尔市地方病防治研究所	-0.78	-2.5	基本合格
	克什克腾旗疾病预防控制中心	-0.78	0.5	合格
	临河区疾病预防控制中心	-0.78	1.5	合格
	苏尼特右旗疾病预防控制中心	0.33	-1	合格
	太仆寺旗疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	土默特右旗疾病预防控制中心	0.33	0	合格
	土默特左旗疾病预防控制中心	0.33	-1	合格
	托克托县疾病预防控制中心	-1.89	0.5	合格
	乌拉特后旗疾病预防控制中心	0.33	4	合格
	乌拉特前旗疾病预防控制中心	0.33	-1.5	合格
	乌拉特中旗疾病预防控制中心	1.44	0.5	合格
	乌审旗疾病预防控制中心	-0.78	0.5	合格
	五原县疾病预防控制中心	-0.78	0.5	合格
	西乌珠穆沁旗疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	锡林郭勒盟地病站	0.33	0.5	合格
	锡林浩特盟地方病防治中心	0.33	0	合格
	锡林浩特市疾病预防控制中心	1.44	0	合格
	新巴尔虎右旗疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	新巴尔虎左旗疾病预防控制中心	0.33	0	合格
	扎赉诺尔区疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	准格尔旗疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格

省份	实验室名称	AS20190401 的 Z 值	AS20190402 的 Z 值	考核结果
吉林省	白城市疾病预防控制中心	2.56	0	基本合格
	大安市疾病预防控制中心	1.44	0	合格
	扶余市疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	乾安县疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	双辽市疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	四平市疾病预防控制中心	1.44	-1	合格
	松原市疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	洮南市疾病预防控制中心	3.67	0.5	不合格
	通榆县疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
江苏省	淮安市疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
江苏省	泗洪县疾病预防控制中心	0.33	0	合格
	宿迁市疾病预防控制中心	0.33	0	合格
	盱眙县疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
安徽省	安庆市疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
安徽省	蚌埠市疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	淮南市疾病预防控制中心	-0.78	0.5	合格
	望江县疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	五河县疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	宿松县疾病预防控制中心	-0.78	-1	合格
湖北省	洪湖市疾病预防控制中心	-0.78	-1	合格
湖北省	仙桃市疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
四川省	阿坝州疾病预防控制中心	-0.78	-1.5	合格
四川省	稻城县疾病预防控制中心	-0.78	-1.5	合格
	甘孜州疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	金川县疾病预防控制中心	84.8	187	不合格
四川省	雅江县疾病预防控制中心	-0.78	-1.5	合格
贵州省	安龙县疾病预防控制中心	-0.78	-2	合格
贵州省	黔西南州疾病预防控制中心	0.33	1	合格
贵州省	兴仁县疾病预防控制中心	0.33	1	合格
云南省	宾川县疾病预防控制中心	1.44	-0.5	合格

省份	实验室名称	AS20190401 的 Z 值	AS20190402 的 Z 值	考核结果
南省	大理市疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	大理州疾病预防控制中心	1.44	0.5	合格
	耿马县疾病预防控制中心	1.44	0	合格
	鹤庆县疾病预防控制中心	-1.89	-2.5	基本合格
	剑川县疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
	临沧市疾病预防控制中心	1.44	0	合格
	弥渡县疾病预防控制中心	0.33	0	合格
	普洱市疾病预防控制中心	1.44	0	合格
	巍山县疾病预防控制中心	0.33	0	合格
	祥云县疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
镇沅县疾病预防控制中心	0.33	1	合格	
陕西省	安康市疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	汉中市疾病预防控制中心	-1.89	-0.5	合格
	勉县疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	山阳县疾病预防控制中心	0.33	0	合格
	商洛市疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	镇安县疾病预防控制中心	1.44	0	合格
	镇巴县疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
紫阳县疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格	
甘肃省	定西市疾病预防控制中心	-0.78	-1.5	合格
	甘南藏族自治州疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	环县地方病防治办公室	0.33	0	合格
	陇南市疾病预防控制中心	-1.89	-2	合格
	庆阳市疾病预防控制中心	-0.78	0.5	合格
	天祝藏族自治县疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
	武威市疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	夏河县疾病预防控制中心	0.33	-1	合格
漳县疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格	
青海省	共和县疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	贵德县疾病预防控制中心	0.33	0	合格

省份	实验室名称	AS20190401 的 Z 值	AS20190402 的 Z 值	考核结果
省	海南州疾病预防控制中心	0.33	0	合格
宁	固原市疾病预防控制中心	1.44	1.5	合格
夏	海原县疾病预防控制中心	2.56	1.5	基本合格
自	贺兰县疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
治	红寺堡区疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
区	惠农区疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
	泾源县疾病预防控制中心	1.44	1.5	合格
	灵武市疾病预防控制中心	2.56	1	基本合格
	隆德县疾病预防控制中心	2.56	1.5	基本合格
	彭阳县疾病预防控制中心	2.56	1.5	基本合格
	平罗县疾病预防控制中心	0.33	1	合格
	青铜峡市疾病预防控制中心	0.33	1	合格
	石嘴山市疾病预防控制中心	0.33	1.5	合格
	同心县疾病预防控制中心	0.33	1.5	合格
	吴忠市疾病预防控制中心	0.33	1.5	合格
	西吉县疾病预防控制中心	2.56	1.5	基本合格
	兴庆区疾病预防控制中心	0.33	0.5	合格
	盐池县疾病预防控制中心	0.33	-0.5	合格
	银川市疾病预防控制中心	0.33	0	合格
	银川市金凤区疾病预防控制中心	0.33	1.5	合格
	银川市西夏区疾病预防控制中心	0.33	1.5	合格
	永宁县疾病预防控制中心	1.44	2	合格
	原州区疾病预防控制中心	1.44	0.5	合格
	中宁县疾病预防控制中心	0.33	0	合格
	中卫市疾病预防控制中心	0.33	0	合格
新	巴楚县疾病预防控制中心	-0.78	-1	合格
疆	喀什地区疾病预防控制中心	-0.78	-1	合格
	塔城地区疾病预防控制中心	-0.78	0	合格
	塔城地区乌苏市疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
新	第八师疾病预防控制中心	-0.78	0	合格

省份	实验室名称	AS20190401 的 Z 值	AS20190402 的 Z 值	考核结果
疆 兵 团	第二师疾病预防控制中心	-0.78	0.5	合格
	第六师疾病预防控制中心	0.33	1	合格
	第七师疾病预防控制中心	-0.78	-0.5	合格
	第三师疾病预防控制中心	-1.89	-3.5	不合格
	第四师疾病预防控制中心	1.44	0.5	合格
	第一师疾病预防控制中心	-0.78	0	合格

表 16 地市、县级实验室尿中砷化物含量检测考核结果

省份	实验室名称	AN20190401 的 Z 值	AN20190402 的 Z 值	考核结果
山 西 省	大同市疾病预防控制中心	0	0	合格
	定襄县疾病预防控制中心	0.33	1.13	合格
	汾阳市疾病预防控制中心	0	0.87	合格
	怀仁市疾病预防控制中心	0.67	0.87	合格
	介休市疾病预防控制中心	0.33	0.87	合格
	晋中市疾病预防控制中心	0.67	0.87	合格
	吕梁市疾病预防控制中心	0	0.87	合格
	平遥县疾病预防控制中心	0.67	0.75	合格
	祁县疾病预防控制中心	0.33	0.75	合格
	清徐县疾病预防控制中心	0.67	0	合格
	山阴县疾病预防控制中心	0.67	0.87	合格
	朔州市疾病预防控制中心	0.67	1	合格
	朔州市朔城区疾病预防控制中心	0.67	1	合格
	太原市疾病预防控制中心	0.33	1	合格
	太原市小店区疾病预防控制中心	0	-0.13	合格
	天镇县疾病预防控制中心	0	0	合格
	文水县疾病预防控制中心	0	0.87	合格
	孝义市疾病预防控制中心	0	0.87	合格
	忻州市疾病预防控制中心	0.33	1.13	合格
	阳高县疾病预防控制中心	0	0	合格
应县疾病预防控制中心	0.67	0.87	合格	
永济市疾病预防控制中心	0.33	1	合格	
运城市疾病预防控制中心	0.67	0.75	合格	
内 蒙 古 自 治 区	阿拉善盟疾病预防控制中心	0	0	合格
	阿左旗疾病预防控制中心	0	-0.25	合格
	巴彦淖尔市疾病预防控制中心	0.67	0.75	合格
	包头市疾病预防控制中心	0	0.13	合格
	赤峰市疾病预防控制中心	-0.33	-0.38	合格
	达拉特旗疾病预防控制中心	-2.67	4.88	基本合格

省份	实验室名称	AN20190401 的 Z 值	AN20190402 的 Z 值	考核结果
	鄂尔多斯市疾病预防控制中心	0	0.13	合格
	杭锦后旗疾病预防控制中心	0	1	合格
	杭锦旗疾病预防控制中心	-0.33	0.13	合格
	和林格尔县疾病预防控制中心	0.33	-0.25	合格
	呼和浩特市地方病防治中心	0.33	-1.25	合格
	呼伦贝尔市地方病防治研究所	-1	0	合格
	克什克腾旗疾病预防控制中心	-0.67	0	合格
	临河区疾病预防控制中心	0	1.13	合格
	太仆寺旗疾病预防控制中心	-4	-1.63	不合格
	土默特右旗疾病预防控制中心	0	-0.13	合格
	土默特左旗疾病预防控制中心	0	-1.25	合格
	托克托县疾病预防控制中心	-1.67	-2.5	基本合格
	锡林郭勒盟地病站	-0.33	0.13	合格
	锡林浩特盟地方病防治中心	-0.33	0.13	合格
	扎赉诺尔区疾病预防控制中心	-0.67	-0.25	合格
吉 林 省	白城市疾病预防控制中心	-1	-0.38	合格
	四平市疾病预防控制中心	-0.33	-0.38	合格
	松原市疾病预防控制中心	0	-0.38	合格
江 苏	淮安市疾病预防控制中心	0.67	0.25	合格
	宿迁市疾病预防控制中心	0.67	0.25	合格
安 徽 省	安庆市疾病预防控制中心	0.67	-0.63	合格
	蚌埠市疾病预防控制中心	0.33	-0.13	合格
	淮南市疾病预防控制中心	0	-0.25	合格
湖 北	洪湖市疾病预防控制中心	0.67	-0.75	合格
	仙桃市疾病预防控制中心	0	-0.63	合格
贵 州 省	安龙县疾病预防控制中心	1.67	1.38	合格
	黔西南州疾病预防控制中心	2.33	1.25	基本合格
	兴仁市疾病预防控制中心	1	1	合格
云 南	大理州疾病预防控制中心	-0.67	-0.25	合格
	临沧市疾病预防控制中心	-2	0.13	合格

省份	实验室名称	AN20190401 的 Z 值	AN20190402 的 Z 值	考核结果
省	弥渡县疾病预防控制中心	-0.33	0.5	合格
	普洱市疾病预防控制中心	-2	0.25	合格
	祥云县疾病预防控制中心	-0.33	-0.13	合格
	镇沅县疾病预防控制中心	-0.33	0.25	合格
陕西省	安康市疾病预防控制中心	0	-0.5	合格
	汉中市疾病预防控制中心	-0.67	-0.5	合格
	勉县疾病预防控制中心	-1	-0.38	合格
	山阳县疾病预防控制中心	0	-1	合格
	商洛市疾病预防控制中心	0.33	-0.75	合格
	镇安县疾病预防控制中心	0	-0.75	合格
	镇巴县疾病预防控制中心	-0.67	-0.5	合格
	紫阳县疾病预防控制中心	0.33	-0.25	合格
	环县地方病防治办公室	0.33	-1.63	合格
	甘肃省	陇南市疾病预防控制中心	-0.33	-0.5
庆阳市疾病预防控制中心	0.67	0.13	合格	
天祝藏族自治县疾病预防控制中心	0.33	-0.63	合格	
武威市疾病预防控制中心	0.67	-1	合格	
青海省	共和县疾病预防控制中心	0.67	-0.5	合格
	贵德县疾病预防控制中心	0.67	-0.63	合格
	海南州疾病预防控制中心	0.67	-0.63	合格
宁夏	石嘴山市疾病预防控制中心	1	-0.75	合格
	吴忠市疾病预防控制中心	-1	-1.13	合格
	银川市疾病预防控制中心	-1	-1	合格
新疆	喀什地区疾病预防控制中心	0.00	-0.13	合格
	塔城地区疾病预防控制中心	-0.33	-0.63	合格
兵团	第七师疾病预防控制中心	-2.67	-0.75	基本合格
	第一师疾病预防控制中心	-2.33	-0.75	基本合格

表 17 考核样品浓度的公议值

考核项目	样品编号	均值	标准偏差	公议值	单位
水中氟化物含量检测	FS20190401	0.49	0.02	0.49 ± 0.06	mg/L
	FS20190402	2.46	0.05	2.46 ± 0.15	mg/L
尿中氟化物含量检测	FN20190401	0.63	0.03	0.63 ± 0.09	mg/L
	FN20190402	2.13	0.09	2.13 ± 0.27	mg/L
砖茶中氟化物含量检测	FC20190401	156	12	156.0 ± 36.0	mg/kg
	FC20190402	482	34	482 ± 102.0	mg/kg
水中砷化物含量检测	AS20190401	0.009	0.001	0.009 ± 0.003	mg/L
	AS20190402	0.041	0.002	0.041 ± 0.006	mg/L
尿中砷化物含量检测	AN20190401	0.028	0.003	0.028 ± 0.009	mg/L
	AN20190402	0.113	0.008	0.113 ± 0.024	mg/L